

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.009/2023**  
**PREGÃO ELETRÔNICO nº. 004/2023 – INSUMOS DE GLICEMIA**

### **TESTE DE GLICOSÍMETRO E TIRA REAGENTE**

**EMPRESA:**CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA

**ITEM VENCIDO E SOB ANÁLISE:** ITEM 4

**DESCRIPTIVO DO ITEM4:** *Tira reagente para glicemia capilar. Com leitura por amperometria e apresentação do resultado através de monitor portátil com memória de no mínimo 300 resultados de medições, leitura na faixa de 20 a 500mg-dl, aceitando valores inferiores a 20 mg-dl e superiores a 500mg-dl, que atenda pacientes neonatos, pediátricos e adultos. O resultado deve ser rápido com resultado em até 10 segundos e volume de amostra de no máximo 1 (um) microlitro, aplicada diretamente na tira reativa, sendo que o glicosímetro não deverá ter contato com o sangue do paciente na hora da medição. Embalagem deve apresentar externamente dados de identificação, procedência, número do lote, data de fabricação, validade e número de Registro no Ministério da Saúde. Apresentar Registro na ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação emitido pela ANVISA das tiras e dos aparelhos ofertados. Apresentar Instrução de uso e o prospecto do produto na proposta de preços. Nota: - A empresa vencedora do item terá que fornecer, sem custo, entre 10.000 a 30.000 aparelhos glicosímetro. Os aparelhos serão solicitados conforme necessidade. Caso haja mudança da marca do aparelho que já é utilizado no município, a empresa deverá ofertar imediatamente os aparelho nas quantidades solicitadas juntamente com o primeiro pedido de cada município. A empresa deverá prestar assistência técnica e treinamento em todos os setores dos municípios consorciados, que fazem uso deste produto, sempre que for solicitado.*

**MARCA:** OK Infinite

**MODELO:** OK Infinite GDH

**FABRICANTE:** OK BiotechCo,.Ltd.



NÚMERO DE SÉRIE GLICOSÍMETRO: SN GJT0026049

LOTE DAS TIRAS: SGH220829A-1

LOTE DA SOLUÇÃO CONTROLE: Nível baixo: G10022I22-1

Nível alto: G25022F20-1

QUADRO COMPARATIVO DE TIRAS E GLICOSÍMETROS

PACIENTE DIABÉTICO

Dia	Medição Jejum OK Infinite	Medição Pós-prandial (pós-almoço) OK Infinite	Medição Jejum <u>Accu-chik</u> <u>Activa</u>	Medição Pós-prandial (pós-almoço) <u>Accu-chik</u> <u>Activa</u>
29/05/2023	163	211	149	163
30/05/2023	159	153	156	145
31/05/2023	128	245	138	225
Parecer				

PACIENTE SAUĐAVEL

Dia	Medição Jejum OK Infinite	Medição Pós-prandial (pós-almoço) OK Infinite	Medição Jejum <u>Accu-chik</u> <u>Activa</u>	Medição Pós-prandial (pós-almoço) <u>Accu-chik</u> <u>Activa</u>
29/05/2023	99	150	80	154
30/05/2023	141	138	88	105

31/05/2023	105	126	73	104
Parecer				

**PARECER DESCRITIVO DO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO:**

A avaliação entre os dois aparelhos deu que as variações estão dentro do permitido e não houve problema com o aparelho.

APROVADO  REPROVADO ( )**RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO:**

*Janete Bordin*  
Enfermeira  
COREN/SC 243.303

Assinatura e carimbo



**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.009/2023**  
**PREGÃO ELETRÔNICO nº. 004/2023 – INSUMOS DE GLICEMIA****TESTE DE GLICOSÍMETRO E TIRA REAGENTE****EMPRESA:** CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA**ITEM VENCIDO E SOB ANÁLISE:** ITEM 4

**DESCRIPTIVO DO ITEM 4:** *Tira reagente para glicemia capilar. Com leitura por amperometria e apresentação do resultado através de monitor portátil com memória de no mínimo 300 resultados de medições, leitura na faixa de 20 a 500mg-dl, aceitando valores inferiores a 20 mg-dl e superiores a 500mg-dl, que atenda pacientes neonatos, pediátricos e adultos. O resultado deve ser rápido com resultado em até 10 segundos e volume de amostra de no máximo 1 (um) microlitro, aplicada diretamente na tira reativa, sendo que o glicosímetro não deverá ter contato com o sangue do paciente na hora da medição. Embalagem deve apresentar externamente dados de identificação, procedência, número do lote, data de fabricação, validade e número de Registro no Ministério da Saúde. Apresentar Registro na ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação emitido pela ANVISA das tiras e dos aparelhos ofertados. Apresentar Instrução de uso e o prospecto do produto na proposta de preços. Nota: - A empresa vencedora do item terá que fornecer, sem custo, entre 10.000 a 30.000 aparelhos glicosímetro. Os aparelhos serão solicitados conforme necessidade. Caso haja mudança da marca do aparelho que já é utilizado no município, a empresa deverá ofertar imediatamente os aparelho nas quantidades solicitadas juntamente com o primeiro pedido de cada município. A empresa deverá prestar assistência técnica e treinamento em todos os setores dos municípios consorciados, que fazem uso deste produto, sempre que for solicitado.*

**MARCA:** OK Infinite**MODELO:** OK Infinite GDH**FABRICANTE:** OK Biotech Co.,Ltd.

NÚMERO DE SÉRIE GLICOSÍMETRO: SN GJT0026054

LOTE DAS TIRAS: SGH220829A-1

LOTE DA SOLUÇÃO CONTROLE: Nível baixo: G10022I22-1

Nível alto: G25022F20-1

**QUADRO COMPARATIVO DE TIRAS E GLICOSÍMETROS****PACIENTE DIABÉTICO**

Dia	Medição Jejum OK Infinite	Medição Pós-prandial (pós-almoço) OK Infinite	Medição Jejum <u>outro</u>	Medição Pós-prandial (pós-almoço) <u>outro</u>
29/05/2023	189	258	189	272
30/05/2023	199	210	116	192
31/05/2023	98	190	74	184
Parecer				

**PACIENTE SAUĐAVEL**

Dia	Medição Jejum OK Infinite	Medição Pós-prandial (pós-almoço) OK Infinite	Medição Jejum <u>outro</u>	Medição Pós-prandial (pós-almoço) <u>outro</u>
29/05/2023	134	114	124	105
30/05/2023	134	103	113	86



31/05/2023	100	150	93	146
Parecer	OK	OK	OK	OK

### PARECER DESCRITIVO DO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO:

Os valores comparados deram aproximados.  
O aparelho aparentemente não apresentou  
problemas.

APROVADO (X)

REPROVADO ( )

### RESPOSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO:

Sarita M. Nunes  
Enfermeira  
COREN/SC 130885

Assinatura e carimbo



Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMREC

@cisamrec

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMREC - CISAMREC**

ARARANGUÁ - BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA - BALNEÁRIO GAIVOTA - BALNEÁRIO RINCÃO - COCAL DO SUL - CRICIÚMA -  
ERMO - FORQUILHINHA - IÇARA - JACINTO MACHADO - LAURO MÜLLER - MARACAJÁ - MELEIRO - MORRO DA FUMAÇA -  
MORRO GRANDE - NOVA VENEZA - ORLEANS - PASSO DE TORRES - PRAIA GRANDE - SANTA ROSA DO SUL -  
SÃO JOÃO DO SUL - SIDERÓPOLIS - SOMBRIO - TIMBÉ DO SUL - TREVISÓ - TURVO - URUSSANGA

Otimizamos os recursos para oferecer atendimento digno e eficaz



**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.009/2023  
PREGÃO ELETRÔNICO nº. 004/2023 – INSUMOS DE GLICEMIA**

### **TESTE DE GLICOSÍMETRO E TIRA REAGENTE**

**EMPRESA:**CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-  
MEDICO HOSPITALARES LTDA

**ITEM VENCIDO E SOB ANÁLISE:** ITEM 4

**DESCRIPTIVO DO ITEM4:** *Tira reagente para glicemia capilar. Com leitura por amperometria e apresentação do resultado através de monitor portátil com memória de no mínimo 300 resultados de medições, leitura na faixa de 20 a 500mg-dl, aceitando valores inferiores a 20 mg-dl e superiores a 500mg-dl, que atenda pacientes neonatos, pediátricos e adultos. O resultado deve ser rápido com resultado em até 10 segundos e volume de amostra de no máximo 1 (um) microlitro, aplicada diretamente na tira reativa, sendo que o glicosímetro não deverá ter contato com o sangue do paciente na hora da medição. Embalagem deve apresentar externamente dados de identificação, procedência, número do lote, data de fabricação, validade e número de Registro no Ministério da Saúde. Apresentar Registro na ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação emitido pela ANVISA das tiras e dos aparelhos ofertados. Apresentar Instrução de uso e o prospecto do produto na proposta de preços. Nota: - A empresa vencedora do item terá que fornecer, sem custo, entre 10.000 a 30.000 aparelhos glicosímetro. Os aparelhos serão solicitados conforme necessidade. Caso haja mudança da marca do aparelho que já é utilizado no município, a empresa deverá ofertar imediatamente os aparelho nas quantidades solicitadas juntamente com o primeiro pedido de cada município. A empresa deverá prestar assistência técnica e treinamento em todos os setores dos municípios consorciados, que fazem uso deste produto, sempre que for solicitado.*

**MARCA:** OK Infinite

**MODELO:** OK Infinite GDH

**FABRICANTE:** OK BiotechCo.,Ltd.

Página 1 de 3



Consórcio Intermunicipal de Saúde de AMREC

@cisamrec

### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMREC - CISAMREC

ARARANGUÁ - BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA - BALNEÁRIO GAIVOTA - BALNEÁRIO RINCÃO - COCAL DO SUL - CRICIÚMA - ERMO - FORQUILHINHA - IÇARA - JACINTO MACHADO - LAURO MÜLLER - MARACAJÁ - MELEIRO - MORRO DA FUMAÇA - MORRO GRANDE - NOVA VENEZA - ORLEANS - PASSO DE TORRES - PRAIA GRANDE - SANTA ROSA DO SUL - SÃO JOÃO DO SUL - SIDERÓPOLIS - SOMBRIO - TIMBÉ DO SUL - TREVISO - TURVO - URUSSANGA

Optimizamos os recursos para oferecer atendimento digno e eficaz



ACISSC



NÚMERO DE SÉRIE GLICOSÍMETRO:SN GJT0026056

LOTE DAS TIRAS:SGH220829A-1

LOTE DA SOLUÇÃO CONTROLE: Nível baixo: G10022I22-1

Nível alto: G25022F20-1

### QUADRO COMPARATIVO DE TIRAS E GLICOSÍMETROS

#### PACIENTE DIABÉTICO

Dia	Medição Jejum OK Infinite	Medição Pós-prandial (pós-almoço) OK Infinite	Medição Jejum <u>ON call plus #</u>	Medição Pós-prandial (pós-almoço) <u>ON call plus #</u>
29/05/2023	112	111	94	94
30/05/2023	123	111	106	103
31/05/2023	107	117	100	100
Parecer	OK	OK	OK	OK

#### PACIENTE SAUĐAVEL

Dia	Medição Jejum OK Infinite	Medição Pós-prandial (pós-almoço) OK Infinite	Medição Jejum <u>ON call plus #</u>	Medição Pós-prandial (pós-almoço) <u>ON call plus #</u>
29/05/2023	86	92	67	79
30/05/2023	80	109	65	87





Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMREC

[@cisamrec](https://www.instagram.com/cisamrec)

### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMREC - CISAMREC

ARARANGUÁ - BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA - BALNEÁRIO GAIVOTA - BALNEÁRIO RINCÃO - COCAL DO SUL - CRICIÚMA - ERMÓ - FORQUILHINHA - IÇARA - JACINTO MACHADO - LAURO MÜLLER - MARACAJÁ - MELEIRO - MORRO DA FUMAÇA - MORRO GRANDE - NOVA VENEZA - ORLEANS - PASSO DE TORRES - PRAIA GRANDE - SANTA ROSA DO SUL - SÃO JOÃO DO SUL - SIDERÓPOLIS - SOMBRIO - TIMBÉ DO SUL - TREVISÓ - TURVO - URUSSANGA

Optimizamos os recursos para oferecer atendimento digno e eficaz



31/05/2023	81	132	64	113
Parecer	OK	OK	OK	OK

#### PARECER DESCRITIVO DO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO:

Considerando avaliações entre os dois aparelhos os resultados obtidos estão dentro da média de variações padrões.

APROVADO  REPROVADO ( )

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO:

FAÍSE LAZZARIN DAROS  
Farmacêutica  
CRE/SC 11080

Assinatura e carimbo