

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.011/CISAMREC/2021 – Responsável pela análise de itens do PE.009/2023 do CISAMREC.	DATA: 02/10/2023
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS PE 009/2023 COM RESULTADO PARA CADA ITEM ABAIXO MENCIONADO	

**EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 009/CISAMREC/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº P.E. 009/2023 P.A.018/2023
REGISTRO DE PREÇOS**

RELATÓRIO DA ANÁLISE DE AMOSTRAS DOS ITENS DE MARCAR NÃO PRÉ-ARPOVADAS DO PE.009/2023 – FRALDAS DESCARTÁVEIS

Ao segundo dia do mês de setembro de dois mil e vinte e três, às oito horas e trinta minutos, iniciou-se a realização da avaliação e análise das amostras recebidas das empresas, conforme estabelece o *ITEM 5 e ss do Edital de Licitação do Pregão Eletrônico 009/CISAMREC/2023*, para as marcas as quais não foram pré-aprovadas no referido edital, realizando-se a coleta dos dados. Após a análise minuciosamente realizada, chegou-se ao parecer por empresa, itens e marcas dos produtos:

EMPRESA: FERINHA FABRICACAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E PRODUTOS HIGIENICOS LTDA

ITEM: ITEM 2 – Fralda descartável adulto tamanho M, formato anatômico, de uso único, antialérgica. Material: composição interna de fibra de celulose, polietileno, polipropileno, tecido não tecido, camada de não tecido total. Cobertura externa impermeável de polietileno flexível e resistente. Adesivo em termoplástico. Características: com flocos de gel super absorvente, camada interna e externa perfeitamente sobrepostas, com as bordas unidas entre si, medida da **cintura de 90 cm a 120 cm e peso 40kg a 75kg** (medidas aproximadas). Contorno de elástico reforçado em todo diâmetro da coxa, com barreiras altas para evitar vazamentos laterais, com 2 a 4 fios (lycra) de cada lado. Fitas adesivas duplas trilaminadas, com sistema abre e fecha sem perda da aderência (reposicionáveis). Com indicador de umidade. As fraldas devem suportar o mínimo de 500 ml de líquido sem esfarelamento e criação de grumos do papel absorvente. **Embaladas em pacote com no máximo 10 unidades. Atender na íntegra a RDC No. 640, de 24 de março de 2022.**

MARCA DO PRODUTO: *Superfral Confort - Geriátrica*

SITUAÇÃO: REPROVADO

MOTIVO: A fralda não possui camada de não tecido total nas laterais, o que acarreta em feridas e assaduras no paciente, além de não possuir indicador de umidade.

EMPRESA: FERINHA FABRICACAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E PRODUTOS HIGIENICOS LTDA

ITEM: ITEM 3 – Fralda descartável adulto tamanho G, formato anatômico, de uso único, antialérgica. Material: composição interna de fibra de celulose, polietileno, polipropileno, tecido não tecido, camada de não tecido total. Cobertura externa impermeável de polietileno flexível e resistente. Adesivo em termoplástico. Características: com flocos de gel super absorvente, camada interna e externa perfeitamente sobrepostas, com as bordas unidas entre si, medida da **cintura de 100 cm a 150 cm e peso 70kg a 90kg** (medidas aproximadas). Contorno de elástico reforçado em todo diâmetro da coxa, com barreiras altas para evitar vazamentos laterais,

DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.011/CISAMREC/2021 – Responsável pela análise de itens do PE.009/2023 do CISAMREC.	DATA: 02/10/2023
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS PE 009/2023 COM RESULTADO PARA CADA ITEM ABAIXO MENCIONADO	

com 2 a 4 fios (lycra) de cada lado. Fitas adesivas duplas trilaminadas, com sistema abre e fecha sem perda da aderência (reposicionáveis). Com indicador de umidade. As fraldas devem suportar o mínimo de 500 ml de líquido sem esfarelamento e criação de grumos do papel absorvente. **Embaladas em pacote com no máximo 10 unidades. Atender na íntegra a RDC No. 640, de 24 de março de 2022.**

MARCA DO PRODUTO: *Superfral Confort - Geriátrica*

SITUAÇÃO: REPROVADO

MOTIVO: A fralda não possui camada de não tecido total nas laterais, o que acarreta em feridas e assaduras no paciente, além de não possuir indicador de umidade.

EMPRESA: FERINHA FABRICACAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E PRODUTOS HIGIENICOS LTDA

ITEM: ITEM 4 – **Fralda descartável adulto tamanho GG, formato anatômico, de uso único, antialérgica.** Material: composição interna de fibra de celulose, polietileno, polipropileno, tecido não tecido, camada de não tecido total. Cobertura externa impermeável de polietileno flexível e resistente. Adesivo em termoplástico. Características: com flocos de gel super absorvente, camada interna e externa perfeitamente sobrepostas, com as bordas unidas entre si, medida da **cintura acima 150 cm e peso acima 90kg** (medidas aproximadas). Contorno de elástico reforçado em todo diâmetro da coxa, com barreiras altas para evitar vazamentos laterais, com 2 a 4 fios (lycra) de cada lado. Fitas adesivas duplas trilaminadas, com sistema abre e fecha sem perda da aderência (reposicionáveis). Com indicador de umidade. As fraldas devem suportar o mínimo de 500 ml de líquido sem esfarelamento e criação de grumos do papel absorvente. **Embaladas em pacote com no máximo 10 unidades. Atender na íntegra a RDC No. 640, de 24 de março de 2022.**

MARCA DO PRODUTO: *Superfral Confort - Geriátrica*

SITUAÇÃO: REPROVADO

MOTIVO: A fralda não possui camada de não tecido total nas laterais, o que acarreta em feridas e assaduras no paciente, além de não possuir indicador de umidade.

EMPRESA: JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - ME

ITEM: ITEM 11 – **Fralda descartável infantil tamanho XG/EG, formato anatômico, de uso único, antialérgica.** Material: composição interna de fibra de celulose, polietileno, polipropileno, tecido não tecido, camada de não tecido total. Cobertura externa impermeável de polietileno flexível e resistente. Adesivo em termoplástico. Características: com flocos de gel super absorvente, distribuídos em camadas no núcleo de celulose, com fita adesiva com sistema abre e fecha sem perda da aderência (reposicionáveis). Contorno de elástico (lycra) nas pernas, com formato anatômico que acomodam-se sem deixar marcas e evitam vazamento. **Peso 20kg até 33kg** (medidas aproximadas). As fraldas devem suportar o mínimo de 200 ml de líquido sem esfarelamento e criação de grumos do papel absorvente. **Atender na íntegra a RDC No. 640, de 24 de março de 2022.**

MARCA DO PRODUTO: *Life Kids – Fralda para uso infantil*



DE: COMISSÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS – Portaria nº.011/CISAMREC/2021 – Responsável pela análise de itens do PE.009/2023 do CISAMREC.

DATA: 02/10/2023

PARA: Setor de Licitações do CISAMREC

ASSUNTO: RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS PE 009/2023 COM RESULTADO PARA CADA ITEM ABAIXO MENCIONADO

SITUAÇÃO: APROVADO

MOTIVO: Atende ao solicitado.

Durante a realização da análise técnica do material, foram avaliados todos os requisitos obrigatórios, conforme especificações editalícias, bem como a qualidade, segurança e eficácia dos materiais.

Deste modo, como membros da comissão técnica, no uso das atribuições que nos conferem, nos posicionamos pela **aprovação** do item 11, vez que atende ao solicitado em edital, e **reprovação** dos itens 2, 3 e 4, uma vez que não atende (diverge) ao solicitado conforme motivo já explicado a cima.

Seguindo resultado da análise acima para cada item, o Setor de Licitações do CISAMREC pode dar prosseguimento ao PE.009/2023 com a habilitação para os itens aprovados e desclassificação para os itens que formam reprovados.

Criciúma, 02 de outubro de 2023.

TAÍSE LAZZARIN DAROS
Farmacêutica do Município de Turvo

LÍGIA HELENA ZANCHETA MORENO
Chefe de Departamento de Saúde do Município de Praia Grande

JÚLIA RODRIGUES MOROSO
Assistente de Logística do CISAMREC