DE: Comissão Técnica de Análise de Amostras – Portaria nº.043.CISAMREC.2025	**DATA: 23/06/2025**
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 014/2025 – Luvas Descartáveis para proteção individual e coletiva, mediante PA.017.CISAMREC.2025	

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/CISAMREC/2025 MEDIANTE O PA.017.CISAMREC.2025

Abaixo segue relação dos itens que foram analisados com suas respectivas marcas, modelos e fornecedores classificados provisoriamente em primeiro lugar, assim como os resultados obtidos e em anexo (Anexo I) as fotos dos itens.

Item	Descrição	Empresa	Modelo/marca ofertada	Parâmetros avaliados	Resultado
11	**Luva Cirúrgica estéril no.6,5.** Características: Látex, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Nº. 6,5. Espessura mínima: 0,22 mm. Comprimento mínimo: 280 mm. Cor natural. Superfície antiderrapante. Lubrificadas com Pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama). Esterilizadas por Raios Gama (Cobalto 60). Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda /direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico. Possuir e apresentar junto a proposta certificado de aprovação – CA, para risco biológico, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego e registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.	**CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**	SensiCare BeCare	Material: Aprovado Características: Aprovado Medidas: Aprovado Embalagem: Aprovado Resistencia: Aprovado	**APROVADO**
12	**Luva Cirúrgica estéril no.7,0.** Características: Látex, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Nº. 7,0. Espessura mínima: 0,22 mm. Comprimento mínimo: 280 mm. Cor natural. Superfície antiderrapante. Lubrificadas com Pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama). Esterilizadas por Raios Gama (Cobalto 60). Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda /direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico. Possuir e apresentar junto a proposta certificado de aprovação – CA, para risco biológico, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego e registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.	**CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**	SensiCare BeCare	Material: Aprovado Características: Aprovado Medidas: Aprovado Embalagem: Aprovado Resistencia: Aprovado	**APROVADO**

13	**Luva Cirúrgica estéril no.7,5.** Características: Látex, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Nº. 7,5. Espessura mínima: 0,22 mm. Comprimento mínimo: 280 mm. Cor natural. Superfície antiderrapante. Lubrificadas com Pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama). Esterilizadas por Raios Gama (Cobalto 60). Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda /direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico. Possuir e apresentar junto a proposta certificado de aprovação – CA, para risco biológico, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego e registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.	**CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**	SensiCare BeCare	Material: Aprovado Características: Aprovado Medidas: Aprovado Embalagem: Aprovado Resistencia: Aprovado	**APROVADO**
14	**Luva Cirúrgica estéril no.8,0.** Características: Látex, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Nº. 8,0. Espessura mínima: 0,22 mm. Comprimento mínimo: 280 mm. Cor natural. Superfície antiderrapante. Lubrificadas com Pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama). Esterilizadas por Raios Gama (Cobalto 60). Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda /direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico. Possuir e apresentar junto a proposta certificado de aprovação – CA, para risco biológico, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego e registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.	**CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**	SensiCare BeCare	Material: Aprovado Características: Aprovado Medidas: Aprovado Embalagem: Aprovado Resistencia: Aprovado	**APROVADO**
15	**Luva Cirúrgica estéril no.8,5.** Características: Látex, anatômica, textura homogênea, alta sensibilidade ao tato, boa elasticidade. Nº. 8,5. Espessura mínima: 0,22 mm. Comprimento mínimo: 280 mm. Cor natural. Superfície antiderrapante. Lubrificadas com Pó bioabsorvível e baixo teor de proteína (preferência menor que 100 µg/grama). Esterilizadas por Raios Gama (Cobalto 60). Acondicionada em invólucro interno com dobras para abertura asséptica, dobradas conforme padrão hospitalar, identificando com fácil visualização a mão esquerda /direita e a posição do polegar. Embalada em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico. Possuir e apresentar junto a proposta certificado de	**CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**	SensiCare BeCare	Material: Aprovado Características: Aprovado Medidas: Aprovado Embalagem: Aprovado Resistencia: Aprovado	**APROVADO**

	aprovação – CA, para risco biológico, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego e registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.				
18	**Luva de procedimento em Vinil Tamanho M.** Descartável, isenta de pó, atóxica, apirogênica, ambidestra. Aprovada pelo Ministério do Trabalho. Caixa com 100 unidades.	**PESM COMERCIAL LTDA**	Inoven – Luva de Vinil	Material: Aprovado Características: Aprovado Medidas: Aprovado Embalagem: Aprovado Resistencia: Aprovado	**APROVADO**

Durante a realização da análise técnica do material, foram avaliados todos os requisitos obrigatórios, conforme especificações editalícias, bem como a qualidade, segurança e eficácia dos materiais.

Deste modo, como membros da comissão técnica, no uso das atribuições que nos conferem, nos posicionamos pela aprovação dos itens 11, 12, 13, 14, 15 e 18, vez que atende ao solicitado em edital.

Seguindo resultado da análise, o Setor de Licitações do CISAMREC pode dar prosseguimento ao ***PE.014/CISAMREC/2025*** com a habilitação para os itens aprovados e desclassificação para os itens que foram reprovados conforme justificativa.

Criciúma, 23 de junho de 2025.

GABRIELLA PERARO CEMIN
Farmacêutica do Município de Urussanga

TUANI SCHWANCK PEREIRA
Acadêmica de Enfermagem – Funcionária do CISAMREC

LARA MEZARI GOMES
Farmacêutica do Município de Turvo

DE: Comissão Técnica de Análise de Amostras – Portaria nº.043.CISAMREC.2025	**DATA: 23/06/2025**
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 014/2025 – Luvas Descartáveis para proteção individual e coletiva, mediante PA.017.CISAMREC.2025	

Ravena P. Jacinto

RAVENA PAVEI JACINTO
Enfermeira do Município de Treviso

Karyne Mª Arcênego

KARYNE MARIA ARCÊNEGO
Auxiliar Administrativo do Setor de Compras da Saúde do Município de Jacinto Machado.


DE: Comissão Técnica de Análise de Amostras – Portaria nº.043.CISAMREC.2025	**DATA: 23/06/2025**
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 014/2025 – Luvas Descartáveis para proteção individual e coletiva, mediante PA.017.CISAMREC.2025	

ANEXO I – FOTOS DOS ITENS

DE: Comissão Técnica de Análise de Amostras – Portaria nº.043.CISAMREC.2025	**DATA: 23/06/2025**
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 014/2025 – Luvas Descartáveis para proteção individual e coletiva, mediante PA.017.CISAMREC.2025	

ITEM 11






DE: Comissão Técnica de Análise de Amostras – Portaria nº.043.CISAMREC.2025	**DATA: 23/06/2025**
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 014/2025 – Luvas Descartáveis para proteção individual e coletiva, mediante PA.017.CISAMREC.2025	



DE: Comissão Técnica de Análise de Amostras – Portaria nº.043.CISAMREC.2025	**DATA: 23/06/2025**
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 014/2025 – Luvas Descartáveis para proteção individual e coletiva, mediante PA.017.CISAMREC.2025	

ITEM 12





DE: Comissão Técnica de Análise de Amostras – Portaria nº.043.CISAMREC.2025	**DATA: 23/06/2025**
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 014/2025 – Luvas Descartáveis para proteção individual e coletiva, mediante PA.017.CISAMREC.2025	

ITEM 13






DE: Comissão Técnica de Análise de Amostras – Portaria nº.043.CISAMREC.2025	**DATA: 23/06/2025**
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 014/2025 – Luvas Descartáveis para proteção individual e coletiva, mediante PA.017.CISAMREC.2025	

ITEM 14





DE: Comissão Técnica de Análise de Amostras – Portaria nº.043.CISAMREC.2025	**DATA: 23/06/2025**
PARA: Setor de Licitações do CISAMREC	
ASSUNTO: Relatório de Análise de Amostras referente ao PE 014/2025 – Luvas Descartáveis para proteção individual e coletiva, mediante PA.017.CISAMREC.2025	

ITEM 15

Utilizado a mesma amostra das anteriores, muda o tamanho, analisado conforme na ficha técnica.

ITEM 18





