LAUDO TÉCNICO DE DA AMOSTRA

ITEM 143
Objeto: Scalp 25G x 3/4”x 7” (0,5 x 19mm x 178mm) azul, para coleta de amostras de sangue ou infusões endovenosas de curta duração. Conexão a vácuo (dispositivo emborrachado), permitindo a coleta com adaptador (coleta fechada). Recomendado para coletas múltiplas de sangue. Cânula em aço inoxidável e bisel trifacetado, com capa protetora. Esterilizado por óxido de etileno, com dispositivo de segurança, de acordo com a NR 32/Portaria GM 939 que estabelece o uso de Materiais Perfuro Cortantes com Dispositivo de Segurança. Embalados individualmente. Produto de uso único.
Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto: Scalp 25G x 3/4” x 7” (0,5 x 19 mm x 178 mm), Marca Avaliada: Descarpack
Análise técnica de conformidade
Data: 04/07/2025

1. Finalidade
Avaliar a conformidade do Scalp 25G x 3/4” x 7” (0,5 x 19 mm x 178 mm), Marca Descarpack frente aos requisitos técnicos estabelecidos no item 143 do Edital De Pregão Eletrônico Para Registro De Preços Nº. 008/CISAMREC/2025, Processo Administrativo Nº. 014/CISAMREC/2025, Planilha Com Especificações E Valores Dos Produtos.

2. Requisitos Técnicos Exigidos
- Scalp 25G x 3/4”x 7” (0,5 x 19mm x178mm) azul, para coleta de amostras de sangue ou infusões endovenosas de curta duração.
- Conexão a vácuo (dispositivo emborrachado), permitindo a coleta com adaptador (coleta fechada).
- Recomendado para coletas múltiplas de sangue. Cânula em aço inoxidável e bisel trifacetado, com capa protetora.
- Esterilizado por óxido de etileno, com dispositivo de segurança, de acordo com a NR 32/Portaria GM 939 que estabelece o uso de Materiais Perfuro Cortantes com Dispositivo de Segurança.

3. Produto Analisado
Scalp 25G x 3/4” x 7” (0,5 x 19 mm x 178 mm), cor azul, Marca Avaliada: Descarpack



4. Conclusão da Análise Técnica

Contudo, após análise técnica do produto, verificou-se que o mesmo atende a quase todos os requisitos técnicos descritos, contudo, não cumpre o critério cor, pois apresenta-se na cor laranja, não correspondendo ao padrão 25G (azul), o que compromete a identificação adequada do calibre. Por essa razão, o produto não está em conformidade. Essa característica é expressamente requerida no descritivo do edital.

5. Parecer Técnico Final

Diante do fato, o produto NÃO ATENDE integralmente aos requisitos técnicos exigidos, devido a cor apresentada (laranja) não corresponder ao padrão 25G (azul), o que compromete a identificação adequada do calibre., não conforme ao item específico do termo de referência.

Angéli Corrêa
Enfermeira Coren-SC 81.342

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANGELI CORREA
Data: 07/07/2025 22:21:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marcia Leopardi Zeferino Wanderlind
Enfermeira Coren-SC 145.385

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARCIA LEOPARDI ZEFERINO WANDERLIND
Data: 07/07/2025 23:16:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

.