LAUDO TÉCNICO DA AMOSTRA

ITEM 170
Objeto: Campo Operatório Sem Fenestra, confeccionado em tecido 100% algodão ou misto derivado de celulose em até 50%, com quatro camadas de gaze fixadas entre si, evitando deslizamentos. Tamanho de 45 x 50cm, com peso mínimo de 25g por unidade. Altamente absorvente, isento de impurezas, cor branca, com alça de fixação, fio radiopaco e bordas devidamente acabadas para evitar desfiamento. Pacote, contendo dados de identificação, procedência, lote, número de camadas e demais informações conforme NBR 14767:2009
Fornecedor: PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Objeto: Compressa Cirúrgica “Campo Operatório” Nobre Slim 45 × 50 cm
Análise técnica de conformidade
Data: 04/07/2025


1. Finalidade
Avaliar a Compressa Cirúrgica “Campo Operatório” Nobre Slim 45 × 50 cm conformidade frente aos requisitos técnicos estabelecidos no item 170 do Edital De Pregão Eletrônico Para Registro De Preços Nº. 008/CISAMREC/2025, Processo Administrativo Nº. 014/CISAMREC/2025, Planilha Com Especificações E Valores Dos Produtos.

2. Requisitos Técnicos Exigidos

- Campo Operatório sem fenestra
- Características: confeccionado em tecido 100% algodão ou misto derivado de celulose em até 50%, com quatro camadas de gaze fixadas entre si, evitando deslizamentos;
- Tamanho de 45 x 50cm, com peso mínimo de 25g por unidade;
- Altamente absorvente, isento de impurezas, cor branca, com alça de fixação, fio radiopaco e bordas devidamente acabadas para evitar desfiamento;
- Pacote, contendo dados de identificação, procedência, lote, número de camadas e demais informações conforme NBR 14767:2009.

3. Produto Analisado
Compressa Cirúrgica “Campo Operatório” Nobre Slim 45 × 50 cm





4. Conclusão da Análise Técnica

Contudo, após análise técnica do produto, verificou-se que no produto apresenta apenas 2 camadas e não 4 camadas de gaze fixadas como solicitado no edital. Nas amostras encaminhadas, há bordas não voltadas para dentro para evitar desfiamento do campo, também, há amostra com desfiamento. O tamanho é menor que o solicitado. Essas características são expressamentes requeridas no descritivo do edital

5. Parecer Técnico Final

Diante do fato, o produto NÃO ATENDE integralmente aos requisitos técnicos exigidos, devido o produto apresentar apenas 2 camadas de gaze fixadas, amostras encaminhadas com bordas não voltadas para dentro, há amostras com desfiamento, tamanho é menor que solicitado. Assim, considera-se tecnicamente incompatível com a finalidade prevista na licitação, conforme item específico do termo de referência.

.

gov.br Documento assinado digitalmente
ANGELI CORREA
Data: 0[illegible]/2025 21:55:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Angéli Corrêa
Enfermeira Coren-SC 81342

.

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCIA LEOPARDI ZEFERINO WANDERLIND
Data: 0[illegible]/2025 23:26:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marcia Leopardi Zeferino Wanderlind
Enfermeira Coren-SC145.385