LAUDO TÉCNICO DA AMOSTRA

ITEM 18

Objeto: Estetoscópio adulto duo sonic. Características: olivas em silicone ou similar, resistente e macio, com acabamento sem rebarbas; conjunto biauricular em aço inox e flexível na curvatura do tubo "Y", auscultador duplo, adulto com diafragma resistente e de alta sensibilidade para ausculta cardiopulmonar, que permita o mínimo de sons ambientais e um máximo de sons próprios do paciente, tubo condutor de som, em polietileno. Deverá acompanhar: 1 estetoscópio completo; 4 olivas em silicone; 1 membrana reserva. Possuir registro na ANVISA/MS. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar junto a proposta ficha técnica do produto/catálogo e registro na ANVISA/MS.

Fornecedor: MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Objeto: Estetoscópio Adulto Advantive Duo Sonic.

Análise de conformidade

Data da análise: 04/07/2025

1. Finalidade

Avaliar conformidade do Estetoscópio Adulto Advantive Duo Sonic, frente aos requisitos técnicos estabelecidos no item 18 do Edital De Pregão Eletrônico Para Registro De Preços Nº. 008/CISAMREC/2025, Processo Administrativo Nº. 014/CISAMREC/2025, Planilha Com Especificações E Valores Dos Produtos com os requisitos mínimos descritos.

2. Requisitos Técnicos Exigidos

- Olivas em silicone ou similar, resistentes, macias, com acabamento sem rebarbas.
- Conjunto biauricular em aço inoxidável, flexível na curvatura do tubo “Y”.
- Auscultador duplo, adulto, com diafragma resistente e de alta sensibilidade para ausculta cardiopulmonar.
- Redução de sons ambientais e captação eficiente de sons próprios do paciente.
- Tubo condutor de som em polietileno.
- Acessórios inclusos: 01 estetoscópio completo, 04 olivas em silicone, 01 membrana reserva.
- Registro na ANVISA/MS.
- Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.

3. Produto Analisado

Marca : Estetoscópio Adulto Duo Sonic" da marca Advantive

ANVISA nº 10296900044







4. Conclusão da Análise Técnica

Produto não acompanha 2 olivas extras, nem membrana reserva.

5. Parecer Técnico Final

Considerando os itens analisados, conclui-se que o Estetoscópio Adulto Advantive Duo Sonic NÃO ATENDE integralmente às especificações técnicas previstas na ementa, principalmente pelos seguintes motivos: Não comprovação do fornecimento de 04 olivas em silicone (apenas 2 olivas extras foram identificadas); Ausência de membrana reserva no conjunto apresentado, portanto o item não está em conformidade com o edital.

Angéli Corrêa
Enfermeira Coren-SC 81342

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANGELI CORREA
Data: 07/07/2025 22:14:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marcia Leopardi Zeferino Wanderlind
Enfermeira Coren-SC145.385

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARCIA LEOPARDI ZEFERINO WANDERLIND
Data: 07/07/2025 20:22:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br