LAUDO TÉCNICO DA AMOSTRA

ITEM 02
Objeto: Dispositivo para infusão endovenosa, n°23 (apelido scalp) com dispositivo de segurança que promova a proteção da agulha de modo passivo (conforme NR 32). Características: Agulha siliconizada, com cânula em aço inox cilindrica-oca-reta, com bisel médio trifacetado, com ponta afiada, não áspero, sem rebarbas e deve conter protetor de agulha. Asas leves e flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, perfeita conexão das partes, tubo vinílico transparente, flexível, atóxico e apirogênico com conector luer-lock e/ou slip. Deve ser codificado por cores, de acordo com NBR 9753, embalado individualmente em material que promova a barreira microbiana e abertura asséptica, constatando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote e esterilização. Possuir registro na ANVISA/MS
Fornecedor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto: Escalpe descartavel 23g, Marca Avaliada: Descarpack.
Análise técnica de conformidade
Data: 04/07/2025

1. Finalidade

Avaliar a conformidade do conformidade da Escalpe descartavel 23g, Marca Avaliada: Descarpack., frente aos requisitos técnicos estabelecidos no item 02 do Edital De Pregão Eletrônico Para Registro De Preços Nº. 008/CISAMREC/2025, Processo Administrativo Nº. 014/CISAMREC/2025, Planilha Com Especificações E Valores Dos Produtos.

2. Requisitos Técnicos Exigidos

Dispositivo para infusão endovenosa, n°23 (apelido scalp) com dispositivo de segurança que promova a proteção da agulha de modo passive (conforme NR 32).

Características: Agulha siliconizada, com cânula em aço inox cilindrica-oca-reta, com bisel médio trifacetado, com ponta afiada, não áspero, sem rebarbas e deve conter protetor de agulha.

Asas leves e flexíveis dotadas de um exclusive dispositivo de encaixe, perfeita conexão das partes, tubo vinílico transparente, flexível, atóxico e apirogênico com conector luer-lock e/ou slip.

Deve ser codificado por cores, de acordo com NBR 9753, embalado individualmente em material que promova a barreira microbiana e abertura asséptica, constatando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote e esterilização.

3. Produto Analisado

Escalpe descartavel 23g Marca Descarpack.



.

4. Conclusão da Análise Técnico

Após análise técnica do produto, verificou-se que o O Escalpe Descartável Descarpack 23 G atende a quase todos os requisitos técnicos descritos, contudo, não cumpre o critério de segurança passiva da agulha, exigido pela NR 32, por não possuir mecanismo automático de proteção. Por essa razão, o produto não está em conformidade. Dessa forma, o produto é considerado não conforme ao critério de segurança estabelecido na especificação técnica e na legislação vigente, e sua apresentação não é compatível com a solicitada no memorial. Essas características estão expressamente requeridas no descritivo do edital.

5. Parecer Técnico Final

Diante do fato, o produto NÃO ATENDE integralmente aos requisitos técnicos exigidos, devido à a ausência de confirmação do dispositivo de segurança passivo conforme NR 32, não conforme ao item específico do termo de referência.

. ***Angéli Corrêa***
Enfermeira Coren-SC 81.342

gov.br Documento assinado digitalmente
ANGELI CORREA
Data: 0 /0 /2025 22:21:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marcia Leopardi Zeferino Wanderlind
Enfermeira Coren-SC 145.385

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCIA LEOPARDI ZEFERINO WANDERLIND
Data: 0 /0 /2025 23:16:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

.