# LAUDO TÉCNICO DA AMOSTRA

ITEM 30
Objeto: Compressa de gaze Hidrófila 7,5 X 7,5 com 13 fios, pacote com 500und. Características: confeccionadas em fios 100% algodão em tecido tipo tela, com oito camadas e cinco dobras, com dimensão de 7,5 x 7,5cm quando fechadas e 15x30 cm quando abertas. Cor branca, alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos. Inodoras e insípidas. Dobradas para dentro em toda a sua extensão para evitar o desfiamento, isento de quaisquer defeitos prejudiciais a sua perfeita utilização, embaladas em pacote plástico com 500 unidades, constando externamente os dados de identificação e procedência, sem fios radiopacos e demais características conforme ABNT 13843:2009. Apresentar junto a proposta ficha técnica do produto e registro na ANVISA/MS.
Fornecedor : CIRURGICA BIOMEDICA EIRELI
Objeto: Compressa de Gaze Hidrófila 13 fios – 7,5 × 7,5 cm (500 und.): Marca SP Protection
Análise técnica de conformidade
Data: 04/07/2025

**1. Finalidade**
Avaliar a conformidade do conformidade da Compressa de Gaze Hidrófila 13 fios – 7,5 × 7,5 cm (500 und.): Marca SP Protection, frente aos requisitos técnicos estabelecidos no item 30 do Edital De Pregão Eletrônico Para Registro De Preços Nº. 008/CISAMREC/2025, Processo Administrativo Nº. 014/CISAMREC/2025, Planilha Com Especificações E Valores Dos Produtos.

**2. Requisitos Técnicos Exigidos**

Compressa de gaze Hidrófila 7,5 X 7,5 com 13 fios, pacote com 500und.

Características: confeccionadas em fios 100% algodão em tecido tipo tela, com oito camadas e cinco dobras, com dimensão de 7,5 x 7,5cm quando fechadas e 15x30 cm quando abertas.

Cor branca, alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos. Inodoras e insípidas.

Dobradas para dentro em toda a sua extensão para evitar o desfiamento, isento de quaisquer defeitos prejudiciais a sua perfeita utilização, embaladas em pacote plástico com 500 unidades, constando externamente os dados de identificação e procedência, sem fios radiopacos e demais características conforme ABNT 13843:2009.

Apresentar junto a proposta ficha técnica do produto e registro na ANVISA/MS

**3. Produto Analisado**

Compressa de Gaze Hidrófila 13 fios – 7,5 × 7,5 cm (500 und.): Marca SP Protection




Compressas de Gaze Soft
Hidrofílica Não-Estéril


BAGGETO
TRANSPORTES


BAGGETO
TRANSPORTES
www.transportesbaggeto


BAGGETO


BAGGETO

## 4. Conclusão da Análise Técnico

Contudo, após análise técnica do produto, do rótulo do produto, verificou-se que a compressa de Gaze SP Protection 13 fios – 7,5 × 7,5 cm não atende integralmente a vários requisitos críticos existentes no edital, como a apresentação das dobras anti-desfiamento. As dimensão que deve possuir cada folha de gaze conforme apresentado nas fotos não são compatíveis as solicitadas no memorial. Essas características estão expressamente requeridas no descritivo do edital

## 5. Parecer Técnico Final

Diante do fato, o produto NÃO ATENDE aos requisitos técnicos exigidos, devido à ausência de tamanho adequado e qualidade de apresentação do material, conforme item específico do termo de referência do edital.

. ***Angéli Corrêa***
***Enfermeira Coren-SC 81.342***

. gov.br Documento assinado digitalmente
ANGELI CORREA
Data: 07/07/2025 22:21:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

***Marcia Leopardi Zeferino Wanderlind***
***Enfermeira Coren-SC 145.385***

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCIA LEOPARDI ZEFERINO WANDERLIND
Data: 07/07/2025 23:16:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br