LAUDO TÉCNICO DA AMOSTRA

ITEM: 46
Objeto: Seringa 1ml, sem agulha. Características: Seringa em polipropileno, estéril, siliconizada, descartável, com bico LUER LOCK, que permita o uso em todas as marcas de agulhas . Embolo com anel interno emborrachado para melhor retenção do líquido, graduada em escala numérica para ml com números nítidos, visíveis e gravados ao longo do corpo da seringa. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico contendo as informações sobre: tipo, data e validade da esterilização, procedência, fabricante, número do lote e registro no MS (na caixa e na embalagem individual). Apresentar junto a proposta cópia impressa do registro na ANVISA/MS.
Fornecedor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Objeto: Seringa Esteril 1ml/cc Insulina U-100 de uso unico com agulha Luer Lock, com agulha, marca SR.
Análise técnica de conformidade
Data: 04/07/2025

1. Finalidade
Avaliar a conformidade do Seringa Esteril 1ml/cc Insulina U-100 de uso unico com agulha Luer Lock, com agulha, marca SR, frente aos requisitos técnicos estabelecidos no item 46 do Edital De Pregão Eletrônico Para Registro De Preços Nº. 008/CISAMREC/2025, Processo Administrativo Nº. 014/CISAMREC/2025, Planilha Com Especificações E Valores Dos Produtos.

2. Requisitos Técnicos Exigidos

- Seringa 1ml, sem agulha.
- Características: Seringa em polipropileno, estéril, siliconizada, descartável, com bico LUER LOCK, que permita o uso em todas as marcas de agulhas .
- Embolo com anel interno emborrachado para melhor retenção do líquido, graduada em escala numérica para ml com números nítidos, visíveis e gravados ao longo do corpo da seringa.
- Embalada individualmente em papel grau cirúrgico contendo as informações sobre: tipo, data e validade da esterilização, procedência, fabricante, número do lote e registro no MS (na caixa e na embalagem individual).
- Registro na ANVISA/MS.

3. Produto Analisado
Seringa Esteril 1ml/cc Insulina U-100 de uso unico com agulha Luer Lock, com agulha, marca SR.





4. Conclusão da Análise Técnica

Contudo, após análise técnica do produto, verificou-se que o mesmo apresenta com agulha, sendo que o produto exigido é sem agulha, para a possibilidade de uso com qualquer agulha. Essa característica é expressamente requerida no descritivo do edital

5. Parecer Técnico Final

Diante do fato, o produto NÃO ATENDE integralmente aos requisitos técnicos exigidos, devido à presença de agulha 0,45x13mm – 26Gx1/2 em conjunto com a seringa, portanto o item não está em conformidade com o edital.

. Documento assinado digitalmente
gov.br
ANGELI CORREA
Data: 07/07/2025 22:31:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

. ***Angéli Corrêa***
Enfermeira Coren-SC 81.342

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARCIA LEOPARDI ZEFERINO WANDERLIND
Data: 07/07/2025 23:06:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marcia Leopardi Zeferino Wanderlind
Enfermeira Coren-SC 145.385