
LAUDO TÉCNICO DA AMOSTRA

ITEM 56
Objeto: Esparadrapo Impermeável e HIPOALÉRGICO, com capa, 10cm x 4,5m. Características: Composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante, massa adesiva hipoalergênica, ISENTO DE LÁTEX. Esparadrapo de boa aderência/fixação. Fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, indicado para diversos usos, como a fixação de curativos, ataduras, sondas, drenos, cateteres. Largura 10cm x 4,5m comprimento. Apresentar junto a proposta ficha técnica do produto e cópia impressa do registro na ANVISA/MS.
Fornecedor: MEDILAR IMP. E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A
Objeto: Análise técnica de conformidade do Esparadrapo Impermeável e Hipoalergênico – 10 cm x 4,5 m, Marca Avaliada: Ciex.Marca Avaliada: Ciex.
Análise técnica de conformidade
Data: 04/07/2025

1. Finalidade
Avaliar a conformidade do Esparadrapo Impermeável e Hipoalergênico – 10 cm x 4,5 m, marca Ciex, frente aos requisitos técnicos estabelecidos no item 56 do Edital De Pregão Eletrônico Para Registro De Preços Nº. 008/CISAMREC/2025, Processo Administrativo Nº. 014/CISAMREC/2025, Planilha Com Especificações E Valores Dos Produtos.

2. Requisitos Técnicos Exigidos
- Esparadrapo Impermeável e hipoalérgico, com capa, 10cmx4,5m.
- Características: Composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante, massa adesiva hipoalergênica, isento de látex.
- Esparadrato de boa aderência/fixação. Fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, indicado para diversos usos, como a fixação de curativos, ataduras, sondas, drenos, cateteres.
- Apresentar junto a proposta ficha técnica do produto e cópia impressa do registro na ANVISA/MS.

3. Produto Analisado
Esparadrapo Impermeável e Hipoalergênico – 10 cm x 4,5 m, Marca Avaliada: Ciex.



4. Conclusão da Análise Técnica

Contudo, após análise técnica do produto e do rótulo do produto, verificou-se que o mesmo apresenta tecido: 100 % algodão, tratado com camada impermeabilizante acrílica e adesivo a base de borracha natural com óxido de zinco de acordo com os descritivos do produto, e a qualidade da fixação (cola) apresenta aderência deficiente, soltando com facilidilidade. Essas características são expressamente requeridas no descritivo do edital

5. Parecer Técnico Final

Diante do fato, o produto NÃO ATENDE integralmente aos requisitos técnicos exigidos, devido a massa adesiva ser à base de borracha natural, portanto contem látex, e a aderencia ser deficiente, portanto o item não está em conformidade com o edital.

.

Angéli Corrêa
Enfermeira Coren-SC 81.342

gov.br Documento assinado digitalmente
ANGELI CORREA
Data: 0 7/0 7/2025 22:09:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marcia Leopardi Zeferino Wanderlind
Enfermeira Coren-SC 145.385

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCIA LEOPARDI ZEFERINO WANDERLIND
Data: 0 7/0 7/2025 23:22:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

.