LAUDO TÉCNICO DA AMOSTRA

ITEM 66
Objeto: Esparadrapo Impermeável, com capa, 5cmx4,5m. Características: Composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina. Esparadrapo de boa fixação e aderência. Fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, indicado para diversos usos, como a fixação de curativos, ataduras, sondas, drenos, cateteres. Largura 5cm x 4,5m comprimento. Apresentar junto a proposta ficha técnica do produto e cópia impressa do registro na ANVISA/MS.
Fornecedor: MEDILAR IMP. E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A
Objeto: Esparadrapo Impermeável – 5 cm x 4,5 m, Marca Avaliada: Ciex.
Análise técnica de conformidade
Data: 04/07/2025

1. Finalidade
Avaliar a conformidade do Esparadrapo Impermeável – 5 cm x 4,5 m, marca Ciex, frente aos requisitos técnicos estabelecidos no item 66 do Edital De Pregão Eletrônico Para Registro De Preços Nº. 008/CISAMREC/2025, Processo Administrativo Nº. 014/CISAMREC/2025, Planilha Com Especificações E Valores Dos Produtos.

2. Requisitos Técnicos Exigidos

Esparadrapo Impermeável, com capa, 5cmx4,5m.

Características: Composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina.

Esparadrapo de boa fixação e aderência. Fácil de rasgare de excelente flexibilidade, indicadopara diversos usos, como a fixação de curativos, ataduras, sondas, drenos, cateteres. Largura 5cm x 4,5m comprimento.

3. Produto Analisado
Esparadrapo Impermeável– 5 cm x 4,5 m, Marca Avaliada: Ciex.



4. Conclusão da Análise Técnica:

Contudo, após análise técnica do **produto e** do **rótulo do produto,** verificou-se que **a**pesar de o produto atender formalmente à composição descrita no edital (tecido 100% algodão, impermeabilização com resina acrílica, e adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas), a massa adesiva do esparadrapo impermeável CIEX apresentou desempenho insatisfatório em testes de uso, comprometendo sua finalidade principal.

Constatações observadas:

A aderência do esparadrapo à pele ou ao curativo é fraca, especialmente após minutos de aplicação;

Em ambientes com umidade, fricção leve ou suor, a cola perde rapidamente sua fixação;

O produto descola espontaneamente, prejudicando a fixação de curativos e dispositivos (como sondas, drenos e cateteres), o que pode comprometer a segurança do paciente;

Não atendendo ao conceito de “boa fixação e aderência” exigido no edital, ainda que a composição esteja tecnicamente correta. Essa característica é expressamente requerida no descritivo do edital

5. Parecer Técnico Final

Diante do fato, o produto NÃO ATENDE integralmente aos requisitos técnicos exigidos, O produto, embora compatível em sua composição química, não demonstra desempenho compatível com a exigência funcional de "boa fixação e aderência". Assim, considera-se tecnicamente incompatível com a finalidade prevista na licitação, conforme item específico do termo de referência do edital.

.

gov.br Documento assinado digitalmente
ANGELI CORREA
Data: 07/07/2025 22:07:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Angéli Corrêa
Enfermeira Coren-SC 81.342

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCIA LEOPARDI ZEFERINO WANDERLIND
Data: 07/07/2025 23:21:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marcia Leopardi Zeferino Wanderlind
Enfermeira Coren-SC 145.385

.