LAUDO TÉCNICO DA AMOSTRA

ITEM 76
Objeto: Fita Cirúrgica Microporosa 3M, largura 5cm x 4,5m, na cor BEGE. Características: Confeccionada com substrato de não-tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalergênico. De finíssima espessura e excelente fixação, que não machuque a pele ao ser removida, sendo indicada para curativos em regiões do corpo com alta sensibilidade, principalmente em crianças. Apresentar junto à proposta cópia impressa do registro na ANVISA e ficha técnica do produto identificando mesmo.
Fornecedor: CIRURGICA BIMEODICA EIREI
Objeto: Fita Cirúrgica Microporosa, largura 5cm x 4,5m, Marca Avaliada: Ciex
Análise técnica de conformidade
Data: 04/07/2025

1. Finalidade
Avaliar a conformidade do Fita Cirúrgica Microporosa, largura 5cm x 4,5m, Marca Avaliada: Ciex, frente aos requisitos técnicos estabelecidos no item 76 do Edital De Pregão Eletrônico Para Registro De Preços Nº. 008/CISAMREC/2025, Processo Administrativo Nº. 014/CISAMREC/2025, Planilha Com Especificações E Valores Dos Produtos.

2. Requisitos Técnicos Exigidos
Fita Cirúrgica Microporosa, largura 5cm x 4,5m, na cor BEGE.
Características: Confeccionada com substrato de não-tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalergênico. De finíssima espessura e excelente fixação, que não machuque a pele ao ser removida, sendo indicada para curativos em regiões do corpo com alta sensibilidade, principalmente em crianças.
Apresentar junto à proposta cópia impressa do registro na ANVISA e ficha técnica do produto identificando mesmo.
NOTA: os profissionais que realizam auriculoterapia relatam que a marca 3M tem fixação superior a outras já testadas e, para fixação de agulhas/sementes por 15 dias no pavilhão auditivo, somente a marca 3M mostrou-se eficaz.

3. Produto Analisado
Fita Cirúrgica Microporosa, largura 5cm x 4,5m, Marca Avaliada: Ciex,



4. Conclusão da Análise Técnica:

A fita cirúrgica microporosa parece atender à composição técnica padrão de produtos impermeáveis (100% algodão, resina acrílica, boa fixação/flexibilidade), porém não se apresenta na cor Bege conforme solicitado.

5. Parecer Técnico Final

Diante da divergência quanto à cor exigida no edital, conclui-se o produto que fita cirúrgica microporosa apresentada NÃO ATENDE as conformidade com as especificações técnicas exigidas, pois sua cor não está compativel com a solicitada. Assim, considera-se tecnicamente incompatível com a finalidade prevista na licitação, conforme item específico do termo de referência.

gov.br Documento assinado digitalmente
ANGELI CORREA
Data: 07/07/2025 22:11:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

. ***Angéli Corrêa***
Enfermeira Coren-SC 81.342

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCIA LEOPARDI ZEFERINO WANDERLIND
Data: 07/07/2025 23:22:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marcia Leopardi Zeferino Wanderlind
Enfermeira Coren-SC 145.385

.