LAUDO TÉCNICO DE APROVAÇÃO DAS AMOSTRAS

Itens aprovados frente aos requisitos técnicos estabelecidos no Edital De Pregão Eletrônico Para Registro De Preços Nº. 008/CISAMREC/2025, Processo Administrativo Nº. 014/CISAMREC/2025, Planilha com especificações e valores dos produtos.

Item 04: Equipo para nutrição enteral ESCALONADO - o material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações exigidas.

Equipo para nutrição enteral ESCALONADO. Características: Estéril, ponta perfurante adaptável com facilidade e segurança a qualquer tipo de frasco/ ampola/bolsa, contendo protetor, câmera de gotejamento flexível e transparente permitindo o monitoramento de fluxo da alimentação a ser administrada. Tubo flexível de coloração azul em PVC de, no mínimo, 1,2m. Regulador de fluxo tipo pinça rolete, **conector ESCALONADO para diferentes diâmetros de sonda, contendo protetor.** Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, lote, data de fabricação e validade. Apresentar junto a proposta ficha técnica do produto e cópia impressa do registro na ANVISA/MS. Com, no mínimo, 80% do prazo de validade.
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Fotos:



Item 05: Equipo tipo macrogotas para solução parental - - o material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações exigidas.

Equipo tipo macrogotas para solução parental: Com câmara flexível, gotejadoras macrogotas (20 gotas/ml) transparente, filtro de partículas de 15u que retém partículas em suspensão, regulador de fluxo de alta precisão que permite rigoroso controle de gotejamento (pinça rolete), sem dano ou deterioração entre o regulador do fluxo e o tubo, entrada de ar com filtro de partículas, hidrófobo e bacteriológicos de 0,22u, lanceta perfurante trifacetada, padrão ISO, para conexão ao recipiente de solução com tampa protetora, tubo flexível em pvc, sem efeito memória , transparente de 1,5m, atóxico e apirogênico injetor lateral em y com suporte para os dedos protegendo assim o profissional, item de segurança conforme NR 32, conexão distal luer slip ou luer lock rotativo, dispositivo de acesso venoso , atender na integra a portaria n° 502, de 29/12/2011 - INMETRO. A embalagem deverá conter na rotulagem dados como: equipo de uso único, data de validade, data de fabricação, lote, estéril, Apresentar junto a proposta ficha técnica do produto e cópia impressa do registro na ANVISA/MS. Com, no mínimo, 80% do prazo de validade.
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Fotos:



Item 07: Lenço umedecido com ação desinfetante para uso em superfícies fixas e artigos não críticos - o material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações exigidas.

Lenço umedecido com ação desinfetante para uso em superfícies fixas e artigos não críticos, formulado a base de quaternário de amônio de 5ª geração + pmhb. Pacote com 50 unidades de lenços medindo aproximadamente 20x18cm e gramatura de 35 g/m². Apresentar tempo de ação de, no máximo, 2 minutos. Apresentar relatório técnico de teste de superfícies.
TRADE MEDICAL COM. DE MAT. HOSP. LTDA EPP


Fotos:



Item 16: Touca descartável - o material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações exigidas.

Touca descartável. Características: Sanfonada, com elástico, confeccionada em TNT, gramatura 20, na cor branca. Pacote com 100 unidades.
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Fotos:



Item 20: Termômetro clinico digital de testa sem contato - o material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações exigidas.

Termômetro clinico digital de testa sem contato. Características: indicado para medição de temperatura corpórea à distância (sem contato) de maneira rápida e precisa, bastando aproximar o sensor da testa para obter a temperatura corpórea em poucos segundos. Não há contato do aparelho com a pele, tornando a medida muito mais conveniente, higiênica e rápida. Funcionamento com duas pilhas tipo "AAA". Deverá acompanhar manual de instruções em português. Apresentar junto à proposta, catálogo do produto identificando o mesmo.
PÉROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

Fotos:



Item 21: Agulhas hipodérmicas 20mm X 5,5mm - o material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações exigidas. Com a ressalva que na descrição, está agulha hipodérmica 20x5.5mm, entretanto o preconizado pela ANVISA é 20mm x 0.55, assim o material atende as exigências técnicas.

Agulhas hipodérmicas 20mm X 5,5mm. Características: Hipodérmica, estéril, siliconizada de uso profissional. Cânula em aço inox, cilíndrica -oca -reta, com perfeita adaptação universal ao canhão (bico Slip e LuerLock), com bisel médio trifacetado, ponta afiada, não áspero e sem rebarbas. Canhão plástico, atóxico, sem rebarbas e com espeço morto reduzido. Protetor em polipropileno atóxico, no formato hexagonal, estéril de uso único, com manga de borracha na parte inferior. Canhão, protetor e embalagem na cor correspondente ao calibre. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica com identificação colorida. Validade de 05 anos após data de esterilização. Possuir registro na ANVISA.

Fotos:



Item 29: Compressa de Gaze Hidrófila Estéril 7,5 x 7,5 cm c/ 13 fios - o material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações exigidas.

Compressa de Gaze Hidrófila Estéril 7,5 x 7,5 cm c/ 13 fios, blister contendo 10 unidades estéreis com embalagem em plástico e papel grau cirúrgico. Características: confeccionada com fios 100% algodão em tecido tipo tela, com oito camadas e cinco dobras com dimensão de 7,5 x 7,5 cm quando fechada e 15x30 quando aberta. Cor branca, alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos. Inodoras e insípidas. Dobradas para dentro em toda a sua extensão para evitar o desfiamento, isento de quaisquer defeitos prejudiciais a sua perfeita utilização, embaladas em pacote com 10 unidades, constando externamente os dados de identificação e procedência e demais características conforme ABNT 13843:2009. Deve conter ainda na embalagem de acordo com a RDC nº 185 da ANVISA "produto de uso único, destruir após o uso" esterilizados por irradiação gama ou por óxido de etileno, sem o filamento radiopaco. **Abertura em pétala proporcionando campo estéril para trabalho após aberta.** Apresentar junto a proposta ficha técnica do produto e registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Fotos:



Item 36: Máscara de oxigênio com bolsa reservatório e de não reinalação Infantil, o material atende as especificações sendo aprovado pela qualidade e determinações exigidas.

Máscara de oxigênio com bolsa reservatório e de não reinalação Infantil. Transparente, de vinil macio, para conforto do paciente e avaliação visual. Completa, com tubo de suprimento de oxigênio de 2,10 A 2,20m. Presilha ajustável de nariz que assegura uma fixação confortável. Possuir registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Fotos:







Item 38: Compressa de Gaze Hidrófila Estéril 10 x 10 cm c/ 13 fios - o material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações exigidas.

Compressa de Gaze Hidrófila Estéril 10 x 10 cm c/ 13 fios, pacote c/ 10 unidades. Características: confeccionada com fios 100% algodão em tecido tipo tela, com oito camadas e cinco dobras com dimensão de 10 x 10 cm quando fechada e 20x40 quando aberta. Cor branca, alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos. Inodoras e insípidas. Dobradas para dentro em toda a sua extensão para evitar o desfiamento, isento de quaisquer defeitos prejudiciais a sua perfeita utilização, embaladas em pacote com 10 unidades, constando externamente os dados de identificação e procedência e demais características conforme ABNT 13843:2009. Deve conter ainda na embalagem de acordo com a RDC nº 185 da ANVISA"produto de uso único, destruir após o uso" Esterilizados por irradiação gama ou por óxido de etileno, sem o filamento radiopaco. **Abertura em pétala proporcionando campo estéril para trabalho após aberta.** Apresentar junto a proposta ficha técnica do produto e registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.

Fotos:



<u>Item 40: Lâmina de Preventivo (Ponta Fosca Áspera)</u> – o material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações exigidas.


Lâmina de Preventivo (Ponta Fosca Áspera). Ponta fosca áspera que permita a fácil escrita. Características: Lamina de vidro confeccionada com vidro de alta qualidade com espessura entre 1,0 e 1,2mm e tamanho de 26 x 76 mm. Intercaladas uma a uma com folha de papel com tratamento anti-fungo e seladas a vácuo. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.

FOTOS:









Item 47: Seringa 1ml, sem agulha - o material atende as especificações, salvo na especificação estar descrito “graduada em escala numérica para ml”, porém as seringas de 1 ml seguem o padrão de graduação em escala de Unidade Internacional (UI). Assim, o material está aprovado pela qualidade e determinações exigidas.

Seringa 1ml, sem agulha. Características: Seringa em polipropileno, estéril, siliconizada, descartável, **com bico LEUR SLIP**, que permita o uso em todas as marcas de agulhas . Embolo com anel interno emborrachado para melhor retenção do líquido, graduada em escala numérica para ml com números nítidos, visíveis e gravados ao longo do corpo da seringa. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico contendo as informações sobre: tipo, data e validade da esterilização, procedência, fabricante, número do lote e registro no MS (na caixa e na embalagem individual). Apresentar junto a proposta cópia impressa do registro na ANVISA/MS. Com, no mínimo, 80% do prazo de validade.
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Fotos:



Item 54/ 182: Cateter Intravenoso n°22 G, com dispositivo de segurança – material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações exigidas.

Cateter Intravenoso n°22 G, com dispositivo de segurança. Características: **e**m poliuretano ou teflon, cânula (agulha) em aço inoxidável, siliconizada, com bisel ultra afiada, canhão colorido, componente de união do tubo de agulha, promovendo comunicação com seu corpo, câmara que permite a confirmação da punção. **Dispositivo de segurança que promova a proteção da agulha de modo passivo (conforme NR 32) s**em a necessidade de ação do profissional, evitando assim qualquer tipo de contato do paciente ou profissional de saúde com agulha após a punção. Não exige mudança da técnica convencional de punção e sem risco de resíduos biológicos. Filtro hidrófobo facilita a punção, produto estéril, de uso único atóxico e epirogênico. Possuir registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Fotos







Item 55/181: Cateter Intravenoso n°24 G, com dispositivo de segurança - o material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações exigidas.

Cateter Intravenoso n°24 G, com dispositivo de segurança. Características: **e**m poliuretano ou teflon, cânula (agulha) em aço inoxidável, siliconizada, com bisel ultra afiada, canhão colorido, componente de união do tubo de agulha, promovendo comunicação com seu corpo, câmara que permite a confirmação da punção. **Dispositivo de segurança que promova a proteção da agulha de modo passivo (conforme NR 32) s**em a necessidade de ação do profissional, evitando assim qualquer tipo de contato do paciente ou profissional de saúde com agulha após a punção. Não exige mudança da técnica convencional de punção e sem risco de resíduos biológicos. Filtro hidrófobo facilita a punção, produto estéril, de uso único atóxico e epirogênico. Possuir registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Fotos:








Item 57: Fio cirúrgico preto monofilamentar de poliamida no. 3,0 - o material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações exigidas.

Fio cirúrgico preto monofilamentar de poliamida no. 3,0. Características: Agulha triangular 3/8 CIRC. **2,0 cm, fio 45 cm de comprimento. Nº. 3-0 (Mononylon).** Obs.: As agulhas dos fios deverão ser traumáticas com ponta triangular. Possuir registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Fotos:



Item 58: Fio cirúrgico preto monofilamentar de poliamida no. 4,0 - - o material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações exigidas

Fio cirúrgico preto monofilamentar de poliamida no. 4,0. Características: Agulha triangular 3/8 CIRC. **2,0 cm, fio 45 cm de comprimento. Nº. 4-0 (Mononylon).** Obs.: As Agulhas dos fios deverão ser traumáticas com ponta triangular. Possuir registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Fotos:



Item 61: Tubo para coleta de sangue, a vácuo - o material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações exigidas.

Tubo para coleta de sangue, a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, com tampa plástica protetora, medindo 13X100mm, aspiração de 5 ml. Com gel de poliéster e 9mg de anticoagulante EDTA K2 na forma de spray seco (proporção de 1,8mg por ml de sangue). Usado **para teste diagnósticos moleculares como PCR, bDNA, NASBA, NAT, TMD e determinação de carga viral**, os quais requerem amostra de plasma não diluído. Esterilizado a radiação gama. Tubos com etiquetas transparentes contendo: número do lote, prazo de validade, número de catálogo e volume de aspiração.
CIRURGICA LAJEADENSE LTDA

Fotos:






Item 68: Agulha preta 22G1 - o material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações exigidas.

Agulha preta 22G1, para coleta múltipla de sangue a vácuo, medindo 25x7 (22G1), uso pediátrico/geriátrico, canhão de cor **preto** com bisel trifacetado, siliconizado, esterilizado a Oxido de Etileno (ETO). Com dispositivo emborrachado que permite perfeito encaixe de adaptadores. Embaladas individualmente em cápsulas hermeticamente fechadas que contenha: calibre da agulha, número de lote e validade. Com dispositivo de segurança. Produto de uso único. De acordo com a NR 32/Portaria GM nº 939 que estabelece o uso de Materiais Perfuro Cortantes com Dispositivo de Segurança.
LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Fotos:







Item 70: Tubo plástico sistema à vácuo para sorologia com gel separador, 8ml – o material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações exigidas.

Tubo plástico sistema à vácuo para sorologia com gel separador, 8ml. Tampa vermelha-anel amarelo, sem aresta.
DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS


Fotos:



Item 74: Fita Cirúrgica Microporosa Hipoalergênica largura 10cm x 4,5m comprimento - o material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações exigidas.

Fita Cirúrgica Microporosa Hipoalergênica largura 10cm x 4,5m comprimento. Características: Confeccionada com substrato de não-tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalergênico. De finíssima espessura e **excelente fixação**, que não machuque a pele ao ser removida, sendo indicada para curativos em regiões do corpo com alta sensibilidade, principalmente em crianças e idosos. Possuir registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Fotos:



Item 75: Fita Cirúrgica Microporosa Hipoalergênica largura 5cm x 4,5m comprimento - o

material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações exigidas.

Fita Cirúrgica Microporosa Hipoalergênica largura 5cm x 4,5m comprimento. Características: Confeccionada com substrato de não-tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalergênico. De finíssima espessura e **excelente fixação**, que não machuque a pele ao ser removida, sendo indicada para curativos em regiões do corpo com alta sensibilidade, principalmente em crianças e idosos. Possuir registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.
PÉROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

Fotos:



Item 80: **Sonda aspiração traqueal nº 06 em PVC, descartável** - o material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações exigidas.

Sonda aspiração traqueal nº 06 em PVC, descartável. Características: Atóxica, estéril, atraumática, siliconizada, maleável, transparente. Deve possuir orifícios adequados e conector universal. Embalada individualmente. Possuir registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.
MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A

Fotos:



Item 94: **Papel grau cirúrgico 15cm X 100mt** - o material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações exigidas.

Papel grau cirúrgico 15cm X 100mt. Gramatura de 60g/m2 a 70g/m2. Livre de rasgos, dobras ou diferenças de espessuras. Baixa permeabilidade de líquidos. Porosidade controlada em toda a extensão. Barreira microbiana. Papel em conformidade com a norma ABNT/NBR 14990-2.
MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A

Fotos:



Item 95: **Papel grau cirúrgico 40cm X 100mt** - o material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações exigidas.

Papel grau cirúrgico 40cm X 100mt. Gramatura de 60g/m2 a 70g/m2. Livre de rasgos, dobras ou diferenças de espessuras. Baixa permeabilidade de líquidos. Porosidade controlada em toda a extensão. Barreira microbiana. Papel em conformidade com a norma ABNT/NBR 14990-2.
MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A

Fotos:



Item 97: **Cateter Intravenoso n°18 G, com dispositivo de segurança - -** o material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações exigidas.

Cateter Intravenoso n°18 G, com dispositivo de segurança. Características: **e**m poliuretano ou teflon, cânula (agulha) em aço inoxidável, siliconizada, com bisel ultra afiada, canhão colorido, componente de união do tubo de agulha, promovendo comunicação com seu corpo, câmara que permite a confirmação da punção. **Dispositivo de segurança que promova a proteção da agulha de modo passivo (conforme NR 32) s**em a necessidade de ação do profissional, evitando assim qualquer tipo de contato do paciente ou profissional de saúde com agulha após a punção. Não exige mudança da técnica convencional de punção e sem risco de resíduos biológicos. Filtro hidrófobo facilita a punção, produto estéril, de uso único atóxico e epirogênico. Possuir registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Fotos:



Item 105: **Atadura de crepom -** o material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações exigidas.

Atadura de crepom medindo 06 cm de largura por 1,80m de comprimento em repouso, com densidade de 18 fios/cm² tipo II, com peso de 18g por unidade, confeccionada em tecido mínimo 90% algodão acrescido de elastano, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, aparência uniforme, bordas devidamente bem acabadas, isenta de impurezas, rasgos, fiapos, fios soltos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso. Apresentar registro ms e AFE do fabricante na proposta. Embaladas individualmente, pacote com 12 unidades. O produto deverá atender na íntegra as especificações da ABNT 14.056. Apresentar Amostra.

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Fotos:



Item 106: **Atadura de crepom -** o material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações exigidas.

Atadura de crepom medindo 10 cm de largura por 1,80m de comprimento em repouso, com densidade de 18 fios/cm² tipo II, com peso de 30g por unidade, confeccionada em tecido mínimo 90% algodão acrescido de elastano, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, aparência uniforme, bordas devidamente bem acabadas, isenta de impurezas, rasgos, fiapos, fios soltos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso. Apresentar registro ms e AFE do fabricante na proposta. Embaladas individualmente, pacote com 12 unidades. O produto deverá atender na íntegra as especificações da ABNT 14.056. Apresentar Amostra.
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Fotos:





Item 107: **Atadura de crepom -** o material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações exigidas

Atadura de crepom medindo 15 cm de largura por 1,80m de comprimento em repouso, com densidade de 18 fios/cm² tipo II, com peso de 45g por unidade, confeccionada em tecido mínimo 90% algodão acrescido de elastano, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, aparência uniforme, bordas devidamente bem acabadas, isenta de impurezas, rasgos, fiapos, fios soltos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso. Apresentar registro ms e AFE do fabricante na proposta. Embaladas individualmente, pacote com 12 unidades. O produto deverá atender na íntegra as especificações da ABNT 14.056. Apresentar Amostra.
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Fotos:





Item 108: **Atadura de crepom -** o material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações exigidas.

Atadura de crepom medindo 20 cm de largura por 1,80m de comprimento em repouso, com densidade de 18 fios/cm² tipo II, com peso de 60g por unidade, confeccionada em tecido mínimo 90% algodão acrescido de elastano, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, aparência uniforme, bordas devidamente bem acabadas, isenta de impurezas, rasgos, fiapos, fios soltos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso. Apresentar registro ms e AFE do fabricante na proposta. Embaladas individualmente, pacote com 12 unidades. O produto deverá atender na íntegra as especificações da ABNT 14.056. Apresentar Amostra.
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Fotos:





Item 115: **Fixador citopatológico spray -** o material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações exigidas.

Fixador citopatológico spray. Frasco com 100ml.
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Fotos:



Item 118: Lanceta automática descartável diâmetro de 28G ou 30 G - o material atende as especificações, com diâmetro de 28G, sendo aprovado pela qualidade e determinações.

Lanceta automática descartável conforme NR32, agulha em aço inox para obtenção de sangue capilar, retrátil, estéril, com agulha siliconizada, ponta trifacetada, com diâmetro de 28G ou 30G, disparada através de contato (sem botão de acionamento), com dispositivo de segurança, que impeça o reuso e provida de lacre**, com profundidade de penetração de até 1,4mm.** Embalagem contendo dados de identificação do produto, número de lote, tipo de esterilização, data de fabricação/ validade e registro no MS/ANVISA.
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Fotos:



Item 119: Papel crepado 30x30 - Caixa c/500 - o material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações.

Papel crepado 30x30 - Caixa c/500. Apresentar junto a proposta laudo do IPT de pleno atendimento a NBR 14990.
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Fotos:



Item 123: Cateter Urinário Lubrificado - o material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações.

Cateter Urinário Lubrificado. Cateter urinário para cateterismo intermitente. Catéter Hidrofílico lubrificado pronto para uso. Nelaton. Isento de látex. **Tamanho n° 14.**
AP TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES


Fotos:



Item 138: Dispositivo para infusão endovenosa, n°21 (apelido scalp) - o material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações.

Dispositivo para infusão endovenosa, n°21 (apelido scalp) - Slip, com dispositivo de segurança que promova a proteção da agulha de modo passivo (conforme NR 32). Características: Agulha siliconizada, com cânula em aço inox cilindrica-oca-reta, com bisel médio trifacetado, com ponta afiada, não áspero, sem rebarbas e deve conter protetor de agulha. Asas leves e flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, perfeita conexão das partes, tubo vinílico transparente, flexível, atóxico e apirogênico com conector slip. Deve ser codificado por cores, de acordo com NBR 9753, embalado individualmente em material que promova a barreira microbiana e abertura asséptica, constatando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote e esterilização. Possuir registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.
PÉROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI


Fotos:



Item 139: Seringa 10ml, sem agulha - lâminas - o material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações.

Características: Seringa em polipropileno, estéril, siliconizada, descartável, com bico **LUER LOCK** que permita o uso em todas as marcas de agulhas. Embolo com anel interno emborrachado para melhor retenção do líquido, graduada em escala numérica para ml com números nítidos, visíveis e gravados ao longo do corpo da seringa. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico contendo as informações sobre: tipo, data e validade da esterilização, procedência, fabricante, número do lote e registro no MS (na caixa e na embalagem individual). Possuir registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Fotos:



Item 141: Caixa porta lâminas - o material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações.

Caixa porta lâminas. 25 lâminas. Fabricada em polipropileno rígido, sistema de travamento por pressão, fechamento da tampa por dobradiças, ranhuras para identificação, capacidade para 25 lâminas de microscopia.
A.C.L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTSOS PARA LABORATÓRIOS LTDA -EPP

Fotos:







Item 149: Curativo em placa com alginato de cálcio e sódio - o material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações.

Curativo em placa com alginato de cálcio e sódio. Tamanho 10cm X 10cm, permitindo uma variação de +/- 2cm em cada medida. Característica mínimas: Curativo estéril constituído por fibras de ácido algínico, extraído de algas marinhas marrons, apresentando íons cálcio e sódio incorparados. Embalagem unitária contando identificação de marca, lote, data de fabricação, validade e procedência. Deve apresentar registro no MS. O fabricante deverá fornecer as orientações por escrito, em português. Validade de no mínimo 12 meses, contada a partir da data da emissão da NF.
CPC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.2

Fotos:







Item 152: Gaze não aderente, confeccionada em rayon. Tamanho 7cm X 7cm - o material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações

Gaze não aderente, confeccionada em rayon. Tamanho 7cm X 7cm, permitindo uma variação de +/- 1cm em cada medida. Caracteristicas mínimas: Gaze estéril e não aderente confeccionada em rayon, embebida em óleo a base de A.G.E. (Ácidos Graxos Essenciais), T.C.M. (Triglicerideos de Cadeia Média), vitaminas A e E, óleos de capaíba e melaleuca. Embalagem unitária contendo identificação de marca, lote, data de fabricação, validade e procedência. Deve apresentar registro no MS. O fabricante deverá fornecer as orientações por escrito, em português. Validade de no mínimo 12 meses, contada a partir da data de emissão da NF.
METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Fotos:



Item 157: Protetor cutâneo. Frasco spray com no mínimo 50mL. - o material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações.

Protetor cutâneo. Frasco spray com no mínimo 50mL. Caracetaristicas mínimas: Solução polimérica líquida de secagem rápida, resistente à água e sem álcool. Embalagem unitária contendo identificação de marca, lote, data de fabricação, validade e procedência. Deve apresentar registro no MS. O fabricante deverá fornecer as orientações por escrito, em português. Validade de no mínimo 12 meses, contada a partir da data de emissão da NF.

GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA

Fotos:



Item 159: Solução de irrigação de feridas - o material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações.

Solução de irrigação de feridas. Frasco com no mínimo 350mL. Características mínimas: Solução à base de polihexanida (PHMB) 0,1% e água purificada. Embalagem unitária contendo identificação de marca, lote, data de fabricação, validade e procedência. Deve apresentar registro no MS. O fabricante deverá fornecer as orientações por escrito, em português. Validade de no mínimo 12 meses, contada a partir da data de emissão da NF.
PROVIDE HOSPITALAR LTDA

Fotos:



Item 169: Bolsa de Colostomia Intestinal: o material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações.

Bolsa de Colostomia Intestinal de uma peça, drenável, com barreira a prova de odor e vazamento, transparente/opaca, placa de barreira de pele de resina a base de hidrocolóides (pectina, gelatina e arboximetilcelulose sódica) placa com diâmetro recortavel de 19 a 64 mm.
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA

Fotos:





Item 178: Compressa de Gaze Hidrófila Estéril 7,5 x 7,5 cm c/ 13 fios, pacote c/ 5 unidades - o material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações.

Compressa de Gaze Hidrófila Estéril 7,5 x 7,5 cm c/ 13 fios, pacote c/ 5 unidades. Características: confeccionada com fios 100% algodão em tecido tipo tela, com oito camadas e cinco dobras com dimensão de 7,5 x 7,5 cm quando fechada e 15x30 quando aberta. Cor branca, alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos. Inodoras e insípidas. Dobradas para dentro em toda a sua extensão para evitar o desfiamento, isento de quaisquer defeitos prejudiciais a sua perfeita utilização, embaladas em pacote com 10 unidades, constando externamente os dados de identificação e procedência e demais características conforme ABNT 13843:2009. Deve conter ainda na embalagem de acordo com a RDC nº 185 da ANVISA "produto de uso único, destruir após o uso" Esterilizados por irradiação gama ou por óxido de etileno, sem o filamento radiopaco. **Abertura em pétala proporcionando campo estéril para trabalho após aberta.** Apresentar junto a proposta ficha técnica do produto e registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Fotos:



Item 191/279: Uripen com extensor nº.07 o material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações.

Uripen com extensor nº.07 (para atender demanda judicial).
METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Fotos:





Item 195: Ataduras de Crepom 6cm - o material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações

Ataduras de Crepom 6cm. Características: Confeccionadas com tecido 100% algodão cru ou misto, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de **13 fios/cm²,** possuindo elasticidade horizontal mínima de 50%. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. Tamanho: 06 cm de largura 1.80 m de comprimento (em repouso). De acordo com a NBR 14056. Apresentar junto a proposta ficha técnica do produto e registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.
PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA

Fotos:





Item 207: Sonda aspiração traqueal nº 16 em PVC, descartável - o material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações

Sonda aspiração traqueal nº 16 em PVC, descartável. Características: Atóxica, estéril, atraumática, siliconizada, maleável, transparente. Deve possuir orifícios adequados e conector universal. Embalada individualmente. Possuir registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.
MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A

Fotos:



Item 209: Agulhas hipodérmicas 40mm X 12mm - o material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações

Agulhas hipodérmicas 40mm X 12mm. Características: Hipodérmica, estéril, siliconizada de uso profissional. Cânula em aço inox, cilindrica-oca-reta, com perfeita adaptação universal ao canhão (bico Slip e LuerLock), com bisel médio trifacetado, ponta afiada, não áspero e sem rebarbas. Canhão plástico, atóxico, sem rebarbas e com espeço morto reduzido. Protetor em polipropileno atóxico, no formato hexagonal, estéril de uso único, com manga de borracha na parte inferior. Canhão, protetor e embalagem na cor correspondente ao calibre. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica com identificação colorida. Validade de 05 anos após data de esterelização. Possuir registro na ANVISA.
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Fotos:



Item 257: Dispositivo para infusão endovenosa N° 21 (apelido scalp) com dispositivo de segurança - o material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações.

Dispositivo para infusão endovenosa N° 21 (apelido scalp) com dispositivo de segurança - Após a ativação, a agulha permanece encapsulada. Agulha siliconizada, com cânula em aço inox, com NR 32, cilíndrica-oca-reta, com bisel médio trifacetado, com ponta afiada, não áspero, sem rebarbas e deve conter protetor de agulha. Asas leves e flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, perfeita conexão das partes, tubo vinílico transparente, flexível, atóxico e apirogênico com conector luer-lock e/ou slip. Deve ser codificado por cores, de acordo com NBR 9753, embalado individualmente em material que promova a barreira microbiana e abertura asséptica.
LEMED COMERCIO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALRES EIRELE

Fotos:



Item 258: Dispositivo para infusão endovenosa N.° 23 (apelido scalp) com dispositivo de segurança - o material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações.

Dispositivo para infusão endovenosa N° 23 (apelido scalp) com dispositivo de segurança. Após a ativação, a agulha permanece encapsulada. Agulha siliconizada, com cânula em aço inox, com NR 32, cilíndrica-oca-reta, com bisel médio trifacetado, com ponta afiada, não áspero, sem rebarbas e deve conter protetor de agulha. Asas leves e flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, perfeita conexão das partes, tubo vinílico transparente, flexível, atóxico e apirogênico com conector luer-lock e/ou slip. Deve ser codificado por cores, de acordo com NBR 9753, embalado individualmente em material que promova a barreira microbiana e abertura asséptica.
LEMED COMERCIO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALRES EIRELE

Fotos:





Item 259: Seringa 5ml, sem agulha - o material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações

Seringa 5ml, sem agulha. Características: Seringa em polipropileno, estéril, siliconizada, descartável, com bico LUER SLIP (RETO) que permita o uso em todas as marcas de agulhas. Embolo com anel interno emborrachado para melhor retenção do líquido, graduada em escala numérica para ml com números nítidos, visíveis e gravados ao longo do corpo da seringa. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico contendo as informações sobre: tipo, data e validade da esterilização, procedência, fabricante, número do lote e registro no MS (na caixa e na embalagem individual). Possuir registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA



Item 260: Atadura de crepom medindo 8 cm de largura por 1,80m de comprimento em repouso, com densidade de 18 fios/cm² tipo II, com peso de 24g por unidade - o material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações.

Atadura de crepom medindo 8 cm de largura por 1,80m de comprimento em repouso, com densidade de 18 fios/cm² tipo II, com peso de 24g por unidade, confeccionada em tecido mínimo 90% algodão acrescido de elastano, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, aparência uniforme, bordas devidamente bem acabadas, isenta de impurezas, rasgos, fiapos, fios soltos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso. Apresentar registro MS e AFE do fabricante na proposta. Embaladas individualmente, pacote com 12 unidades. O produto deverá atender na íntegra as especificações da ABNT 14.056.
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA

Fotos:



Item 261: Seringa 3ml, sem agulha - unidade - o material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações.

Seringa 3ml, sem agulha. Características: Seringa em polipropileno, estéril, siliconizada, descartável, com bico LUER SLIP (RETO) que permita o uso em todas as marcas de agulhas. Embolo com anel interno emborrachado para melhor retenção do líquido, graduada em escala numérica para ml com números nítidos, visíveis e gravados ao longo do corpo da seringa. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico contendo as informações sobre: tipo, data e validade da esterilização, procedência, fabricante, número do lote e registro no MS (na caixa e na embalagem individual). Possuir registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Fotos:



266: Espéculo vaginal, ESTÉRIL, tipo "MINI" descartável - o material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações

Espéculo vaginal, ESTÉRIL, tipo "MINI" descartável. Características: Modelo Collins reduzido, especialmente desenvolvido para ser empregado em mulheres com redução dos diâmetros vaginais transversais (largura e profundidade). Adequado para mulheres nos limites do menacme. Embalado em embalagens individuais de papel grau cirúrgico e filme de poliéster, esterilizadas pelo gás de óxido de etileno com exclusivo indicador de esterilização (validade de 02 anos para embalagens íntegras). Possui as seguintes medidas: Dimensão total do cabo à extremidade das lâminas: 150 mm; Lâminas: 85 mm (comprimento) X 17 mm (largura) X 13mm (profundidade). **Apresentar junto a proposta ficha técnica do produto e registro na ANVISA/MS.** Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA


Fotos:



Item 267: Agulhas hipodérmicas 30X8 mm - o material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações.

Agulhas hipodérmicas 30X8 mm. Características: Hipodérmica, estéril, siliconizada de uso profissional. Cânula em aço inox, cílindrica-oca-reta, com perfeita adaptação universal ao canhão (bico Slip e LuerLock), com bisel médio trifacetado, ponta afiada, não áspero e sem rebarbas. Canhão plástico, atóxico, sem rebarbas e com espaço morto reduzido. Protetor em polipropileno atóxico, no formato hexagonal, estéril de uso único, com manga de borracha na parte inferior. Canhão, protetor e embalagem na cor correspondente ao calibre. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica com identificação colorida. A apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente. Possuir registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Fotos:



Item 280: Equipo Multivias com 2 vias com Clamp - o material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações.

Equipo Multivias com 2 vias com Clamp, conexão duas vias para infusão parenteral, estéril, descartável, transparente, pinça corta fluxo nas 2 vias, de vedação precisa, conectores macho e fêmea com tampa protetora. Conector macho, da via principal, luer slip, com acabamento lateral sem saliências que permita apoio seguro na pele. Conector fêmea com sistema de fechamento SLIP CLAMP. Tubo em PVC com DEHP, diâmetro externo 4mm, isento de látex. Embaladas individualmente, todo sistema deve ser resistente e oferecer segurança na utilização, deve ser atóxico, apirogênico, estéril, descartável, isento de resíduos e impurezas, e de fácil manuseio, embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização, embalagem contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, lote e data de fabricação.
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Fotos:



Item 283: Eletrodo descartável adulto composto de dorso de espuma, com adesivo acrílico hipoalergênico - o material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações.

Eletrodo descartável adulto composto de dorso de espuma, com adesivo acrílico hipoalergênico, gel sólido, pino de aço inoxidável, contra-pino de prata/cloreto de prata, capa-cápsula transparente selante.
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Fotos:



Item 288: Sonda endotraqueal com balão (nº 3,5) – A empresa LEMED COMERCIO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALRES EIRELE, encaminhou diversos modelos de sondas para avaliação e referiu que o item citado é de mesmas marca, e qualidade dos encaminhados para análise, portanto o material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações. Reforça-se que o diâmetro da sonda endotraqueal nº 3,5 é de 3,5mm conforme a ANVISA e o material segue essa recomendação.

Sonda endotraqueal com balão (nº 3,5) - Cânula de intubação traqueal, oral, com balão, 7mm, radiopaca, PVC com silicone, transparente, flexível, atóxico, estéril, extremidade, atraumática, graduado com intermediário universal. Embalada individualmente constando externamente os dados de identificação, data de fabricação e prazo de validade. Não aderente à secreção estéril. Embalagem íntegra, apropriada à esterilização, conforme norma técnica.
LEMED COMERCIO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALRES EIRELE



Foto por amostragem

Item 289: Sonda endotraqueal com balão (nº 4,0) - o material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações. Reforça-se que o diâmetro da sonda endotraqueal nº 4,0 é de 4,0mm conforme a ANVISA e o material segue essa recomendação.

Sonda endotraqueal com balão (nº 4,0) - Cânula de intubação traqueal, oral, com balão, 7mm, radiopaca, PVC com silicone, transparente, flexível, atóxico, estéril, extremidade, atraumática, graduado com intermediário universal. Embalada individualmente constando externamente os dados de identificação, data de fabricação e prazo de validade. Não aderente à secreção estéril. Embalagem íntegra, apropriada à esterilização, conforme norma técnica.
LEMED COMERCIO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALRES EIRELE

Fotos:



Item 290: Sonda endotraqueal com balão (nº 4,5) - o material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações. Reforça-se que o diâmetro da sonda endotraqueal nº 4,5 é de 4,5mm conforme a ANVISA e o material segue essa recomendação.

Sonda endotraqueal com balão (nº 4,5) - Cânula de intubação traqueal, oral, com balão, 7mm, radiopaca, PVC com silicone, transparente, flexível, atóxico, estéril, extremidade, atraumática, graduado com intermediário universal. Embalada individualmente constando externamente os dados de identificação, data de fabricação e prazo de validade. Não aderente à secreção estéril. Embalagem íntegra, apropriada à esterilização, conforme norma técnica.
LEMED COMERCIO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALRES EIRELE

Fotos:



Item 291: Sonda endotraqueal com balão (nº 5,0) - O material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações. Reforça-se que o diâmetro da sonda endotraqueal nº 5 é de 5,0mm conforme a ANVISA e o material segue essa recomendação.

Sonda endotraqueal com balão (nº 5,0) - Cânula de intubação traqueal, oral, com balão, 7mm, radiopaca, PVC com silicone, transparente, flexível, atóxico, estéril, extremidade, atraumática, graduado com intermediário universal. Embalada individualmente constando externamente os dados de identificação, data de fabricação e prazo de validade. Não aderente à secreção estéril. Embalagem íntegra, apropriada à esterilização, conforme norma técnica.
LEMED COMERCIO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALRES EIRELE

Fotos:



Item 292: Sonda endotraqueal com balão (nº 5,5) - O material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações. Reforça-se que o diâmetro da sonda endotraqueal nº 5,5 é de 5,5mm conforme a ANVISA e o material segue essa recomendação.

Sonda endotraqueal com balão (nº 5,5) - Cânula de intubação traqueal, oral, com balão, 7mm, radiopaca, PVC com silicone, transparente, flexível, atóxico, estéril, extremidade, atraumática, graduado com intermediário universal. Embalada individualmente constando externamente os dados de identificação, data de fabricação e prazo de validade. Não aderente à secreção estéril. Embalagem íntegra, apropriada à esterilização, conforme norma técnica.
LEMED COMERCIO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALRES EIRELE


Fotos:



Item 293: - O material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações. Reforça-se que o diâmetro da sonda endotraqueal nº 6,0 é de 6,0mm conforme a ANVISA e o material segue essa recomendação.

Sonda endotraqueal com balão (nº 6,0) - Cânula de intubação traqueal, oral, com balão, 7mm, radiopaca, PVC com silicone, transparente, flexível, atóxico, estéril, extremidade, atraumática, graduado com intermediário universal. Embalada individualmente constando externamente os dados de identificação, data de fabricação e prazo de validade. Não aderente à secreção estéril. Embalagem íntegra, apropriada à esterilização, conforme norma técnica.
LEMED COMERCIO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALRES EIRELE


Fotos:



Item 294: O material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações. Reforça-se que o diâmetro da sonda endotraqueal nº 6,5 é de 6,5mm conforme a ANVISA e o material segue essa recomendação.

Sonda endotraqueal com balão (nº 6,5) - Cânula de intubação traqueal, oral, com balão, 7mm, radiopaca, PVC com silicone, transparente, flexível, atóxico, estéril, extremidade, atraumática, graduado com intermediário universal. Embalada individualmente constando externamente os dados de identificação, data de fabricação e prazo de validade. Não aderente à secreção estéril. Embalagem íntegra, apropriada à esterilização, conforme norma técnica.
LEMED COMERCIO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALRES EIRELE

Fotos:



Item 295: O material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações. Reforça-se que o diâmetro da sonda endotraqueal nº 7,0 é de 7,0mm conforme a ANVISA e o material segue essa recomendação.

Sonda endotraqueal com balão (nº 7,0) - Cânula de intubação traqueal, oral, com balão, 7mm, radiopaca, PVC com silicone, transparente, flexível, atóxico, estéril, extremidade, atraumática, graduado com intermediário universal. Embalada individualmente constando externamente os dados de identificação, data de fabricação e prazo de validade. Não aderente à secreção estéril. Embalagem íntegra, apropriada à esterilização, conforme norma técnica.
LEMED COMERCIO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALRES EIRELE

Fotos:



Item 296: O material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações. Reforça-se que o diâmetro da sonda endotraqueal nº 7,5 é de 7,5mm conforme a ANVISA e o material segue essa recomendação.

Sonda endotraqueal com balão (nº 7,5) - Cânula de intubação traqueal, oral, com balão, 7mm, radiopaca, PVC com silicone, transparente, flexível, atóxico, estéril, extremidade, atraumática, graduado com intermediário universal. Embalada individualmente constando externamente os dados de identificação, data de fabricação e prazo de validade. Não aderente à secreção estéril. Embalagem íntegra, apropriada à esterilização, conforme norma técnica.
LEMED COMERCIO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALRES EIRELE

Fotos:



Item 297: Sonda endotraqueal com balão (nº 8,0) – A empresa LEMED COMERCIO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALRES EIRELE, encaminhou diversos modelos de sondas para avaliação e referiu que o item citado é de mesmas marca, e qualidade dos encaminhados para análise, portanto o material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações. Reforça-se que o diâmetro da sonda endotraqueal nº 8,0 é de 8,0 mm conforme a ANVISA e o material segue essa recomendação.

Sonda endotraqueal com balão (nº 8,0) - Cânula de intubação traqueal, oral, com balão, 7mm, radiopaca, PVC com silicone, transparente, flexível, atóxico, estéril, extremidade, atraumática, graduado com intermediário universal. Embalada individualmente constando externamente os dados de identificação, data de fabricação e prazo de validade. Não aderente à secreção estéril. Embalagem íntegra, apropriada à esterilização, conforme norma técnica.
LEMED COMERCIO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALRES EIRELE



Foto por amostragem

Item 298: O material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações. Reforça-se que o diâmetro da sonda endotraqueal nº 8,5 é de 8,5mm conforme a ANVISA e o material segue essa recomendação.

Sonda endotraqueal com balão (nº 8,5) - Cânula de intubação traqueal, oral, com balão, 7mm, radiopaca, PVC com silicone, transparente, flexível, atóxico, estéril, extremidade, atraumática, graduado com intermediário universal. Embalada individualmente constando externamente os dados de identificação, data de fabricação e prazo de validade. Não aderente à secreção estéril. Embalagem íntegra, apropriada à esterilização, conforme norma técnica.
LEMED COMERCIO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALRES EIRELE


Fotos:



Item 299: O material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações. Reforça-se que o diâmetro da sonda endotraqueal nº 9,0 é de 9,0mm conforme a ANVISA e o material segue essa recomendação.

Sonda endotraqueal com balão (nº 9,0) - Cânula de intubação traqueal, oral, com balão, 7mm, radiopaca, PVC com silicone, transparente, flexível, atóxico, estéril, extremidade, atraumática, graduado com intermediário universal. Embalada individualmente constando externamente os dados de identificação, data de fabricação e prazo de validade. Não aderente à secreção estéril. Embalagem íntegra, apropriada à esterilização, conforme norma técnica.
LEMED COMERCIO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALRES EIRELE

Fotos:



Item 300: Sonda endotraqueal com balão (nº 9,5) – A empresa LEMED COMERCIO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALRES EIRELE, encaminhou diversos modelos de sondas para avaliação e referiu que o item citado é de mesmas marca, e qualidade dos encaminhados para análise, portanto o material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações. Reforça-se que o diâmetro da sonda endotraqueal nº 9,5 é de 9,5 mm conforme a ANVISA e o material segue essa recomendação.

Sonda endotraqueal com balão (nº 9,5) - Cânula de intubação traqueal, oral, com balão, 7mm, radiopaca, PVC com silicone, transparente, flexível, atóxico, estéril, extremidade, atraumática, graduado com intermediário universal. Embalada individualmente constando externamente os dados de identificação, data de fabricação e prazo de validade. Não aderente à secreção estéril. Embalagem íntegra, apropriada à esterilização, conforme norma técnica.
LEMED COMERCIO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALRES EIRELE



Foto por amostragem

Item 301: Sonda endotraqueal com balão (nº 10,0) – A empresa LEMED COMERCIO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALRES EIRELE, encaminhou diversos modelos de sondas para avaliação e referiu que o item citado é de mesmas marca, e qualidade dos encaminhados para análise, portanto o material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações. Reforça-se que o diâmetro da sonda endotraqueal nº 10,0 é de 10,0 mm conforme a ANVISA e o material segue essa recomendação.

Sonda endotraqueal com balão (nº 10,0) - Cânula de intubação traqueal, oral, com balão, 7mm, radiopaca, PVC com silicone, transparente, flexível, atóxico, estéril, extremidade, atraumática, graduado com intermediário universal. Embalada individualmente constando externamente os dados de identificação, data de fabricação e prazo de validade. Não aderente à secreção estéril. Embalagem íntegra, apropriada à esterilização, conforme norma técnica.
LEMED COMERCIO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALRES EIRELE



Foto por amostragem

Recomendamos continuar monitorando a qualidade destes materiais fornecidos nas entregas para observar se eventualmente ocorrer mudança da qualidade dos mesmos, vistos que provavelmente não se manterão os mesmos lotes apresentados como amostras durante todo o período do contrato.

Angéli Corrêa
Enfermeira Coren-SC 81342

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANGELI CORREA
Data: 07/07/2025 21:25:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marcia Leopardi Zeferino Wanderlind
Enfermeira Coren-SC145.385

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARCIA LEOPARDI ZEFERINO WANDERLIND
Data: 07/07/2025 20:26:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br