Criciúma, 02 de maio de 2025.

ANÁLISE E ACURÁCIA
TESTES RÁPIDOS - CISAMREC

Os testes foram analisados mediante amostras previamente realizadas no LACEN de Florianópolis, avaliamos como um teste rápido aprovado para fins de triagem.
OBS: Conforme até mesmo especificado pelo fabricante os casos positivos devem ser confirmados por métodos mais seguros e serão enviados ao LACEN, e os casos negativos deve ser levado em consideração os sintomas do paciente para decisão de que seja também encaminhado ao LACEN.

Lista de testes:

Ítem 19: Teste Rápido para Influenza A + B All Test –
Influenza A – Teste Aprovado
Influenza B – Desaprovado

Ítem 15 e 16: HCV I – WAMA Diagnóstica – Teste Aprovado

Ítem 18: Teste rápido OnSite HIV ½ Ab Plus Combo – Teste Aprovado

Ítem 17: HIV 1&2 WAMA Diagnóstica – Teste Aprovado.

Ítem 12: Teste Rápido OnSite HAV IgG/IgM – Teste Aprovado

Ítem 21: MedTeste Sífilis/HIV Combo – Teste Aprovado

Ítem 9/10: Chikungunya IgG/IgM AbLF ADVAGEN – Desaprovado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Ítem 20: MedTeste Rotavírus e Adenovírus Combo –
Rotavírus – Teste Aprovado
Adenovírus – Desaprovado

Ítem 13: K-Teste HBsAG – Teste Aprovado

Ítem 22/26: FAST TEST Sífilis (TP) Ac – Teste Aprovado

Emanuela Gabriel
Técnica Auxiliar na Análise
Setor de Investigação Epidemiológica

Andréa Goulart de Oliveira CRF2638
Bioquímica Responsável pela Análise
Gerente de Vigilância em Saúde