# LAUDO TÉCNICO DA AMOSTRA

**ITEM 18**

**Objeto:** Estetoscópio adulto duo sonic. Características: olivas em silicone ou similar, resistente e macio, com acabamento sem rebarbas; conjunto biauricular em aço inox e flexível na curvatura do tubo "Y", auscultador duplo, adulto com diafragma resistente e de alta sensibilidade para ausculta cardiopulmonar, que permita o mínimo de sons ambientais e um máximo de sons próprios do paciente, tubo condutor de som, em polietileno. Deverá acompanhar: 1 estetoscópio completo; 4 olivas em silicone; 1 membrana reserva. Possuir registro na ANVISA/MS. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Apresentar junto a proposta ficha técnica do produto/catálogo e registro na ANVISA/MS.

**Fornecedor:** ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

**Objeto:** Estetoscópio Adulto Advantive Duo Sonic.

**Análise de conformidade**

**Data da análise:** 21/08/2025

**1. Finalidade**

Avaliar conformidade do Estetoscópio Adulto Advantive Duo Sonic, frente aos requisitos técnicos estabelecidos no item 18 do Edital De Pregão Eletrônico Para Registro De Preços Nº. 008/CISAMREC/2025, Processo Administrativo Nº. 014/CISAMREC/2025, Planilha Com Especificações E Valores Dos Produtos com os requisitos mínimos descritos.

**2. Requisitos Técnicos Exigidos -** Olivas em silicone ou similar, resistentes, macias, com acabamento sem rebarbas;

- Conjunto biauricular em aço inoxidável, flexível na curvatura do tubo “Y”;

- Auscultador duplo, adulto, com diafragma resistente e de alta sensibilidade para ausculta cardiopulmonar;


- Redução de sons ambientais e captação eficiente de sons próprios do paciente. - Tubo condutor de som em polietileno;

- Acessórios inclusos: 01 estetoscópio completo, 04 olivas em silicone, 01 membrana reserva;

- Registro na ANVISA/MS;

- Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.

**3. Produto Analisado Marca** : Estetoscópio Adulto Duo Sonic" da marca Diasyst ANVISA nº 10332170021.




**4. Conclusão da Análise Técnica:**

Produto não acompanha 2 olivas extras, nem membrana reserva conforme solicita o edital.

**5. Parecer Técnico Final:** Considerando os itens analisados, conclui-se que o Estetoscópio Adulto Dia syst Duo Sonic NÃO ATENDE integralmente às especificações técnicas previstas na ementa, principalmente pelos seguintes motivos: Não comprovação do fornecimento de 04 olivas em silicone (apenas 2 olivas ja presentes no mesmo); Ausência de membrana reserva no conjunto apresentado, portanto o item não está em conformidade com o edital.

***Angéli Corrêa***
***Enfermeira Coren-SC 81342***

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANGELI CORREA
Data: 22/08/2025 08:57:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

***Marcia Leopardi Zeferino Wanderlind***
***Enfermeira Coren-SC145.385***

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARCIA LEOPARDI ZEFERINO WANDERLIND
Data: 21/08/2025 11:43:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br