LAUDO TÉCNICO DA AMOSTRA VERSÃO 2

Este laudo técnico de avaliaçao de amostra foi corrigido devido divergência do fornecedor.

ITEM: 194

Objeto: Otoscópio com Iluminação halógena por Fibra Ótica, acompanhar 05 espéculos sendo 01 jogo com 04 espéculos reutilizáveis nos tamanhos 2,5mm - 3mm - 4mm e 5mm (Esterilizáveis em autoclave ou solução para esterilização) + 01 especulo padrão de 04mm; 01 lâmpada halógena reserva..

FORNECEDOR: METROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.

Objeto: Otoscópio com Iluminação halógena por Fibra Ótica.

Marca: MD Omni 3000

Análise de conformidade

Data da análise: 14/08/2025

1. Finalidade

Avaliar conformidade do Análise de conformidade do Otoscópio com Iluminação halógena por Fibra Ótica , frente aos requisitos técnicos estabelecidos no item 194 do Edital De Pregão Eletrônico Para Registro De Preços Nº. 008/CISAMREC/2025, Processo Administrativo Nº. 014/CISAMREC/2025, Planilha Com Especificações E Valores Dos Produtos com os requisitos mínimos descritos.

2. Requisitos Técnicos Exigidos

- Otoscópio com Iluminação halógena por Fibra Ótica, marca Omni 3000 Xenon,
- Iluminação halógena,
- Possuir engate com sistema de rosca,

- Cabo em metal cromado para duas pilhas C (médias) comuns, recoberto por capa antiderrapante,
- Rolo com 50 metros,
- Ter cabeçote com lâmpada halógena, regulador de alta e baixa luminosidade,
- Alimentação através de duas pilhas C,
- Deverá acompanhar: 05 espéculos sendo: 01 jogo com 04 espéculos reutilizáveis nos tamanhos 2,5mm - 3mm - 4mm e 5mm (Esterilizáveis em autoclave ou solução para esterilização) + 01 especulo padrão de 04mm; 01 lâmpada halógena reserva,
- Apresentar junto a proposta ficha técnica do produto/catálogo e registro na ANVISA/MS.

3. Produto Analisado

Otoscópio com Iluminação halógena por Fibra Ótica, marca Omni 3000 Xenon,

4. Fotos



5. Conclusão da Análise Técnica

Durante a análise do produto apresentado, foi identificada inconformidade do poduto na apresentação, pois o cabo da referida amostra é feito com material em aço inox e ABS, diferente do solicitado pelo edital.

6. Parecer Técnico Final

O Otoscópio com Iluminação helogena por Fibra Ótica, Marca MD Omni 3000 não atende integralmente aos requisitos técnicos exigidos pelo edital, sendo incompatível no critério de “cabo em metal cromado”, já que o cabo do produto é feito em “aço inox e ABS”, portanto o item não está em conformidade com o edital.

Angéli Corrêa
Enfermeira Coren-SC 81.342

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANGELI CORREA
Data: 18/08/2025 07:47:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Márcia Leopardi Zeferino Wanderlind
Enfermeira Coren – SC 145.385

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARCIA LEOPARDI ZEFERINO WANDERLIND
Data: 16/08/2025 15:15:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br