LAUDO TÉCNICO DA AMOSTRA

ITEM:199

Objeto: Ataduras de Crepom 15cm. Características: Confeccionadas com tecido 100% algodão cru ou misto, fios de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios/cm², possuindo elasticidade longitudinal mínima de 50%. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. Tamanho: 15 cm de largura 1.80 m de comprimento (em repouso). De acordo com a NBR 14056. Apresentar junto a proposta ficha técnica do produto e registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.

Fornecedor**:** MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Objeto**:** Ataduras de Crepom 15cm. Marca: MEDIPLUS MEDI HOUSE

Análise de conformidade

Data da análise: 21/08/2025

1. Finalidade

Análisar conformidade da Atadura de Crepom 15cm., frente aos requisitos técnicos estabelecidos no item 199 do Edital De Pregão Eletrônico Para Registro De Preços Nº. 008/CISAMREC/2025, Processo Administrativo Nº. 014/CISAMREC/2025, Planilha Com Especificações e Valores Dos Produtos com os requisitos mínimos descritos.

2. Requisitos Técnicos Exigidos

- Confeccionadas com tecido 100% algodão cru ou misto;
- Fios de alta torção, que confere alta resistência;
- Com densidade de **13 fios/cm²;**
- Elasticidade longitudinal mínima de 50%;
- Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão;
- Tamanho: 15 cm de largura 1.80 m de comprimento
- Apresentar junto a proposta ficha técnica do produto/catálogo e registro na ANVISA/MS.

3. Produto Analisado

Ataduras de Crepom 15cm; Marca MEDIPLUS MEDI HOUSE;

4. Fotos





5. Conclusão da Análise Técnica

Durante a análise do produto apresentado, foi identificado tramas abertas o que limita sua função de compressão e sustentação. Dessa forma, ao ser aplicada mesmo com sobreposição, o material não oferece resistência suficiente para manter o curativo firmemente posicionado. Assim, a referida amostra inviabiliza o seu uso em procedimentos em compressões moderadas ou firmes e em curativos em regiões articulares ou com riscos de deslocamento.

6. Parecer Técnico Final

Diante do fato, o produto NÃO ATENDE integralmente aos requisitos exigidos, pois não contempla os requisitos funcionais, estando em desacordo com o padrão esperado de desempenho do produto, portanto o item não está em conformidade com o edital.

Angéli Corrêa
Enfermeira Coren-SC 81.342

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANGELI CORREA
Data: 24/08/2025 22:04:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Márcia Leopardi Zeferino Wanderlind
Enfermeira Coren – SC 145.385

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARCIA LEOPARDI ZEFERINO WANDERLIND
Data: 25/08/2025 09:28:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br