# LAUDO TÉCNICO DE DA AMOSTRA


ITEM 03
Objeto: Avental descartável. Características: avental de manga longa, punho de malha ou elástico e abertura posterior, com tiras para amarrar na cintura, confeccionado em TNT (100% polipropileno) gramatura mínima 30g/m 2, cor branca, tamanho único, não estéril. Deve ser confeccionado de material de boa qualidade, atóxico, hidro/hemorrepelente, hipoalérgico, com baixo desprendimento de partículas. Apresentar junto à proposta ficha técnica do produto.
Fornecedor: PÉROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Objeto: Avental Descartável de Manga Longa Marca: GoldMed
Análise técnica de conformidade
Data: 25/07/2025

**1. Finalidade**
Avaliar a conformidade do Avental Descartável de Manga Longa Marca: GoldMed frente aos requisitos técnicos estabelecidos no item 03 do Edital De Pregão Eletrônico Para Registro De Preços Nº. 008/CISAMREC/2025, Processo Administrativo Nº. 014/CISAMREC/2025, Planilha Com Especificações E Valores Dos Produtos.

**2. Requisitos Técnicos Exigidos**

- Avental de manga longa, punho de malha ou elástico e abertura posterior, com tiras para amarrar na cintura, confeccionado em TNT (100% polipropileno) gramatura mínima 30g/m 2, cor branca, tamanho único, não estéril.
- Deve ser confeccionado de material de boa qualidade, atóxico, hidro/hemorrepelente, hipoalérgico, com baixo desprendimento de partículas.

**3. Produto Analisado**
Avental Descartável de Manga Longa Marca: GoldMed




25 de jul. de 2025 15:42:33
Santa Catarina


25 de jul. de 2025 15:42:23
Santa Catarina







As **fotos dos produtos** revelam **cortes mal acabados**, **fendas irregulares** e **recortes mal feitos** ao longo das bordas do avental. Essas **imperfeições no acabamento** comprometem não só a **estética**, mas também a **funcionalidade e segurança** do produto, comprometendo a proteção oferecida pelo avental.

**4. Conclusão da Análise Técnica**

Contudo, após análise técnica do produto, verificou-se que o mesmo atende alguns requisitos, porém os acabamentos irregulares, e imperfeições de fabricação comprometem a qualidade do produto. Por essa razão, o produto não está em conformidade. Essa característica é expressamente requerida no descritivo do edital.

**5. Parecer Técnico Final**

Diante do fato, o produto NÃO ATENDE integralmente aos requisitos exigidos, devido a qualidade do material, o que compromete a proteção e segurança. tornando-o não conforme as açoes pretendidas com este item de segurança, relacionando ao descritivo do termo de referência.

***Angéli Corrêa***
***Enfermeira Coren-SC 81.342***

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANGELI CORREA
Data: 30/07/2025 09:53:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

***Marcia Leopardi Zeferino Wanderlind***
***Enfermeira Coren-SC 145.385***

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARCIA LEOPARDI ZEFERINO WANDERLIND
Data: 30/07/2025 08:52:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

.