LAUDO TÉCNICO DE APROVAÇÃO DAS AMOSTRAS nº 04

Itens aprovados frente aos requisitos técnicos estabelecidos no Edital De Pregão Eletrônico Para Registro De Preços Nº. 008/CISAMREC/2025, Processo Administrativo Nº. 014/CISAMREC/2025, Planilha com especificações e valores dos produtos.

Item 30: **Compressa de gaze Hidrófila 7,5 X 7,5 com 13 fios, pacote com 500und**. O material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações exigidas pelo edital.

Compressa de gaze Hidrófila 7,5 X 7,5 com 13 fios, pacote com 500und. Características: confeccionadas em fios 100% algodão em tecido tipo tela, com oito camadas e cinco dobras, com dimensão de 7,5 x 7,5cm quando fechadas e 15x30 cm quando abertas. Cor branca, alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos. Inodoras e insípidas. Dobradas para dentro em toda a sua extensão para evitar o desfiamento, isento de quaisquer defeitos prejudiciais a sua perfeita utilização, embaladas em pacote plástico com 500 unidades, constando externamente os dados de identificação e procedência, sem fios radiopacos e demais características conforme ABNT 13843:2009. **Apresentar junto a proposta ficha técnica do produto e registro na ANVISA/MS.** Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.
Fornecedor : MED COMPANY – INSDUSTRIA TEXTIL LTDA

Fotos:





Angéli Corrêa
Enfermeira Coren-SC 81342

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANGELI CORREA
Data: 18/08/2025 07:48:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marcia Leopardi Zeferino Wanderlind
Enfermeira Coren-SC145.385

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARCIA LEOPARDI ZEFERINO WANDERLIND
Data: 16/08/2025 15:34:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br