LAUDO TÉCNICO DE APROVAÇÃO DAS AMOSTRAS nº 06

Itens aprovados frente aos requisitos técnicos estabelecidos no Edital De Pregão Eletrônico Para Registro De Preços Nº. 008/CISAMREC/2025, Processo Administrativo Nº. 014/CISAMREC/2025, Planilha com especificações e valores dos produtos.

Item 170: Campo Operatório Sem Fenestra - o material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações exigidas.

Campo Operatório Sem Fenestra, confeccionado em tecido 100% algodão ou misto derivado de celulose em até 50%, com quatro camadas de gaze fixadas entre si, evitando deslizamentos. Tamanho de 45 x 50cm, com peso mínimo de 25g por unidade. Altamente absorvente, isento de impurezas, cor branca, com alça de fixação, fio radiopaco e bordas devidamente acabadas para evitar desfiamento. Pacote, contendo dados de identificação, procedência, lote, número de camadas e demais informações conforme NBR 14767:2009.
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

FOTOS:



Angéli Corrêa
Enfermeira Coren-SC 81342

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANGELI CORREA
Data: 22/08/2025 11:13:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marcia Leopardi Zeferino Wanderlind
Enfermeira Coren-SC145.385

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARCIA LEOPARDI ZEFERINO WANDERLIND
Data: 21/08/2025 11:16:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br