LAUDO TÉCNICO DE APROVAÇÃO DAS AMOSTRAS nº 02 versão02


***RETIFICAÇÂO**

Itens aprovados frente aos requisitos técnicos estabelecidos no Edital De Pregão Eletrônico Para Registro De Preços Nº. 008/CISAMREC/2025, Processo Administrativo Nº. 014/CISAMREC/2025, Planilha com especificações e valores dos produtos.
Este tecnico de aprovação numero 2 foi corrigido devido as divergencias dos fornecedores, por não ter sido realizada a substituição dos nomes dos fornecedores desclassificados na analise anterior.

Item 02: **Dispositivo para infusão endovenosa, n°23 (apelido scalp) com dispositivo de segurança que promova a proteção da agulha de modo passivo (conforme NR 32) -** o material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações exigidas com a ressalva que encaminharam a amostra do dispositivo nº 21, entretanto enviaram uma declaração escrita se comprometendo a encaminhar o tamanho nº 23 que foi o solicitado previamente.

Dispositivo para infusão endovenosa, n°23 (apelido scalp) com dispositivo de segurança que promova a proteção da agulha de modo passivo (conforme NR 32). Características: Agulha siliconizada, com cânula em aço inox cilindrica-oca-reta, com bisel médio trifacetado, com ponta afiada, não áspero, sem rebarbas e deve conter protetor de agulha. Asas leves e flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, perfeita conexão das partes, tubo vinílico transparente, flexível, atóxico e apirogênico com conector luer-lock e/ou slip. Deve ser codificado por cores, de acordo com NBR 9753, embalado individualmente em material que promova a barreira microbiana e abertura asséptica, constatando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote e esterilização. Possuir registro na ANVISA/MS. Entrega com, no mínimo, 80% do prazo de validade.
MEDILAR IMP. DISTR, PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A





<u>Item 19:</u> Oxímetro de pulso, clipe de dedo, portátil- o material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações exigidas.

Oxímetro de pulso, clipe de dedo, portátil. Com display de LED, Intervalo de medição de SpO2 entre 70-99% com precisão de ±2%. Possuir freqüência de Pulso: Intervalo de medição: 30-250 BPM. Funcionamento com duas pilhas tipo "AAA" com possibilidade de duração de 18 horas de monitorização contínua. Equipamento deverá possuir barras laterais para maior precisão de leitura em locais com grande luminosidade. Equipamento deverá realizar leitura em unha com esmalte. Possuir e apresentar junto à proposta o registro na ANVISA. Apresentar junto à proposta, catálogo do produto identificando o mesmo.
PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HSOPITALARES LTDA

<u>Fotos:</u>



<u>Item 27:</u> Algodão Hidrófilo, 100%. O material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações exigidas.

Algodão Hidrófilo, 100%. Características: Algodão alvejado, inodoro, isento de amido, fibras longas, em camadas sobrepostas e uniformes, macio, cor branca, com alta absorção de líquido. Capa de cola vegetal hipoalergênica aplicada em uma das faces. Enrolado em papel apropriado em toda a sua extensão. Rolo com 500 gramas. Possuir registro na ANVISA.
MEDILAR IMP. DISTR, PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A

<u>Fotos:</u>



<u>Item 28:</u> Saco para coleta de resíduos sólidos infectantes 100 litros. o material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações exigidas.

Saco para coleta de resíduos sólidos infectantes 100 litros. Com as seguintes especificações: confeccionado em polietileno de alta densidade virgem resistente, na cor branco leitoso. Externamente, deverá apresentar impresso à simbologia internacional de material infectante, marcar lote e validade do produto, de acordo com a RDC 33/03 e NBR 7500. Capacidade aproximadamente 100 litros. Espessura mínima de 0,08 micra e máximo de 0,12 micra. Pacote com 100 unidades. Cada pacote deverá vir acompanhado de dispositivo que permita o perfeito fechamento do mesmo, sem vazamento de conteúdo.
MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A

Fotos:





Foi realizado contato com todas as marcas apresentadas para a concorrência do saco de lixo e nenhuma possui o dispositivo de fechamento, então será considerada as demais especificidades do item e o menor preço apresentado, e a ficha técnica do produto apresentada pela empresa apresenta os demais itens condizentes com o material .

Item 76: Fita Cirúrgica Microporosa 3M, largura 5cm x 4,5m, na cor BEGE: o material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações exigidas.

Fita Cirúrgica Microporosa 3M, largura 5cm x 4,5m, na cor BEGE. Características: Confeccionada com substrato de não-tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalergênico. De finíssima espessura e excelente fixação, que não machuque a pele ao ser removida, sendo indicada para curativos em regiões do corpo com alta sensibilidade, principalmente em crianças. Apresentar junto à proposta cópia impressa do registro na ANVISA e ficha técnica do produto identificando mesmo. **NOTA: os profissionais que realizam auriculoterapia relatam que a marca 3M tem fixação superior a outras já testadas e, para fixação de agulhas/sementes por 15 dias no pavilhão auditivo, somente a marca 3M mostrou-se eficaz.**
MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI

Fotos:



Item 256: Lençol hospitalar descartável em papel s/ picote**.** o material atende as especificações, sendo aprovado pela qualidade e determinações exigidas.

Lençol hospitalar descartável em papel. Características: 100% fibras naturais (celulose). De boa qualidade, premiun, absorvente e resistente. Cor BRANCA sem manchas. **Rolo com 70cm X 50 metros, sem picote.**

APRON MED COMERCIO E FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Fotos:





OFICIALIZOU QUE O PRDUTO É O MESMO DO ITEM 78



DECLARAÇÃO

Referente ao Pregão Eletrônico nº 008/2025
Lotes 78 e 256 – Colpo Histerômetro Descartável

À

Prezados,

A empresa APRON MED COMÉRCIO E FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.070.131/0001-10, sediada em Santa Catarina, declara que já realizou a entrega da amostra referente ao Lote 78 – Colpo Histerômetro descartável, conforme solicitado no âmbito do Pregão Eletrônico nº 008/2025, via plataforma BLL Compras.

Comunicamos que o produto referente ao Lote 256 – Colpo Histerômetro descartável e elétrico já foi apresentado no Lote 78, mantendo-se as mesmas itens, com as mesmas especificações e composição.

Dessa forma, solicitamos que seja considerada a mesma amostra entregue para ambos os itens (78 e 256), visto que representa fielmente as características do produto ofertado em ambos os processos.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Bruno Bueno
Representante Legal
APRON MED COMÉRCIO E FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

Recomendamos continuar monitorando a qualidade destes materiais fornecidos nas entregas para observar se eventualmente ocorrer mudança da qualidade dos mesmos, vistos que provavelmente não se manterão os mesmos lotes apresentados como amostras durante todo o período do contrato.

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANGELI CORREA
Data: 05/08/2025 11:23:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Angéli Corrêa
Enfermeira Coren-SC 81342

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARCIA LEOPARDI ZEFERINO WANDERLIND
Data: 05/08/2025 09:55:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marcia Leopardi Zeferino Wanderlind
Enfermeira Coren-SC145.385