A/C Setor de Licitação do CISAMREC

Analise de amostra do ITEM 226 do PE.008/CISAMREC/2025 – PA. 014/CISAMREC/2025

ITEM 226 - Eletrodo Multifunção Pediátrico / 1-7-0017 Pedi-padz II. Equipamento: M / R / X Series/ AED Plus / M2. Marca: Zoll. (referência, precisa ser desta marca e modelo). Justificativa: O eletrodo deve ser desta marca e descrição, pois é o único compatível com o desfibrilador existente no Município, o mesmo é destinado para atendimentos de urgência e emergências no atendimento pré-hospitalar realizados.
Fornecedor: UDILIFE COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Marca: Bluepad – Modelo DEZL2

Após análise, realizada com teste no aparelho disponível no município, informamos que as pás para desfibrilador Bluepad modelo DEZL2 do fornecedor mencionado não são compatíveis com o DEA que utilizamos da marca Zoll e Instramed, os conectores não fazem os encaixes.

Desta forma, informamos que o mesmo não terá como ser utilizado pelo município.

gov.br Documento assinado digitalmente
RENATA HENRIQUE EBSEM BORBA
Data: 16/10/2025 15:36:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RENATA HENRIQUE EBSEM BORBA
Enfermeira do Município de Passo de Torres